

Regione Emilia-Romagna - Requisiti specifici Accreditemento D.G.R. 327/04

Struttura: Poliambulatori - Discipline separate (Str. Sanitarie)

Data Inizio:

Indirizzo: estrazione per disciplina

26/06/2018

Disciplina: Poliambulatori / Ambulatori 02
(Cardiologia)

Data Fine:

26/06/2018

Firma Responsabile Struttura _____

Firma Team Leader _____

Note del Valutatore

11825 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici La struttura presenta una dotazione minima di: -elettrocardiografo multicanale	<input type="checkbox"/>				
11826 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
-Lettino da visita	<input type="checkbox"/>				
11827 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
-scaleo	<input type="checkbox"/>				
11828 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
-sfigmomanometro con bracciali di dimensioni diverse	<input type="checkbox"/>				
11829 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti organizzativi E' presente il medico cardiologo ed è disponibile un infermiere durante la esecuzione delle visite	<input type="checkbox"/>				
11830 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti organizzativi L'ambulatorio che eroga anche prestazioni cardiologiche di diagnostica non invasiva, dispone dei relativi requisiti strutturali	<input type="checkbox"/>				
11831 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti organizzativi L'ambulatorio dispone della/e procedure per la gestione degli accessi (follow up, nuovi accessi e urgenze)	<input type="checkbox"/>				
11832 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti organizzativi Sono definiti percorsi facilitati per: l'accesso ai servizi che forniscono prestazioni di supporto (laboratorio e radiologia)	<input type="checkbox"/>				

11833 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti organizzativi Sono definiti percorsi facilitati per: per l'accesso alle prestazioni di diagnostica strumentale cardiologica	<input type="checkbox"/>				
11834 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici per lo svolgimento di attività pediatrica La dotazione minima di attrezzatura e strumentazione è costituita da: -n.1 elettrocardiografo multicanale,	<input type="checkbox"/>				
11835 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici per lo svolgimento di attività pediatrica -elettrocardiografia standard e Holter	<input type="checkbox"/>				
11836 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici per lo svolgimento di attività pediatrica -n.1 ecocardiografo con sonde ad uso pediatrico	<input type="checkbox"/>				
11837 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici per lo svolgimento di attività pediatrica -n. 1 erogatore di ossigeno	<input type="checkbox"/>				
11838 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici per lo svolgimento di attività pediatrica -strumentazione e kit di rianimazione pediatrica e neonatale	<input type="checkbox"/>				
11839 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici per lo svolgimento di attività pediatrica -Ergometria	<input type="checkbox"/>				
11840 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici per lo svolgimento di attività pediatrica -culle, termoculle, letti di degenza di diverse dimensioni	<input type="checkbox"/>				
11841 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti strutturali per lo svolgimento della attività di cardiologia pediatrica La struttura dispone dell'area riservata per allattamento e fasciatoio	<input type="checkbox"/>				
11842 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti strutturali per lo svolgimento della attività di cardiologia pediatrica La struttura dispone della sala d'attesa attrezzata per il gioco	<input type="checkbox"/>				

11843 TILT Test	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti strutturali	<input type="checkbox"/>				
La struttura presenta una dotazione minima di: -locale segreteria-accettazione					
anche in comune con altri servizi ambulatoriali					
11844 TILT Test	SI	si	no	NO	N.A.
- sala di aspetto	<input type="checkbox"/>				
anche in comune con altri servizi ambulatoriali					
11845 TILT Test	SI	si	no	NO	N.A.
- locale per l'esecuzione del test	<input type="checkbox"/>				
il locale può essere condiviso con altre attività ambulatoriali di area medica					
11846 TILT Test	SI	si	no	NO	N.A.
- locale/spazio per la refertazione	<input type="checkbox"/>				
anche in comune con altri servizi ambulatoriali					
11847 TILT Test	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici	<input type="checkbox"/>				
La struttura presenta una dotazione minima di: -Letto inclinabile fino a 90°, dotato di una pedana per l'appoggio dei piedi, con la possibilità di riportare il lettino in posizione orizzontale entro 10 secondi					
11848 TILT Test	SI	si	no	NO	N.A.
-Monitoraggio ECG durante l'esecuzione del test	<input type="checkbox"/>				
11849 TILT Test	SI	si	no	NO	N.A.
-Monitoraggio della pressione arteriosa durante l'esecuzione del test	<input type="checkbox"/>				
Monitoraggio non invasivo "beat-to-beat"					
11850 TILT Test	SI	si	no	NO	N.A.
-Carrello per la rianimazione cardio-polmonare	<input type="checkbox"/>				
Anche condiviso con altre attività ambulatoriali					
11851 TILT Test	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici	<input type="checkbox"/>				
L'impianto di climatizzazione garantisce il range fra i 21° ed i 25° C					
11852 TILT Test	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti Organizzativi	<input type="checkbox"/>				
In sala durante l'esecuzione del test è presente un infermiere e garantita la disponibilità del medico negli spazi adiacenti.					
11853 TILT Test	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti Organizzativi	<input type="checkbox"/>				
E' disponibile un sistema di allertamento in caso di emergenza/urgenza					

11854 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti strutturali La struttura presenta una dotazione minima di: -locale di segreteria-accettazione anche in comune con altri servizi ambulatoriali	<input type="checkbox"/>				
11855 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
-sala di aspetto anche in comune con altri servizi ambulatoriali	<input type="checkbox"/>				
11856 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
-locale per l'applicazione e la rimozione dei registratori dotata di: - lettino anche condiviso con altre attività ambulatoriali di area medica ma a disposizione per quelle di ECG dinamico in orari dedicati	<input type="checkbox"/>				
11857 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
- zona spogliatoio	<input type="checkbox"/>				
11858 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
- armadi per materiale di consumo	<input type="checkbox"/>				
11859 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
-locale per la refertazione (in cui è collocato l'analizzatore) anche condiviso con altre attività ambulatoriali di area medica ma a disposizione per quelle di ECG dinamico in orari dedicati.	<input type="checkbox"/>				
11860 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
-locale/spazio per l'archiviazione anche in comune con altri servizi ambulatoriali	<input type="checkbox"/>				
11861 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici La struttura presenta una dotazione minima di: -6 registratori per ECG dinamico minimo 3 per attività ambulatoriale extraospedaliera	<input type="checkbox"/>				
11862 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
-1 analizzatore per ECG dinamico per le strutture extraospedaliere può essere sostituito dal protocollo con i Centri di riferimento	<input type="checkbox"/>				
11863 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
-1 defibrillatore e carrello con i presidi per la rianimazione cardiorespiratoria anche condiviso, ma prontamente disponibile	<input type="checkbox"/>				
11864 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
-Almeno uno dei seguenti sistemi di monitoraggio : - event recorder - loop recorder esterno - sistemi informatici di trasmissione/recezione dei segnali elettrocardiografici (cardiotelefonìa o web) non indispensabile negli ambulatori extraospedaliere	<input type="checkbox"/>				

11865 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici Per l'attività di MAP la struttura è dotata di: -1 registratore h 24	<input type="checkbox"/>				
11866 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
-1 lettore per analisi del trend dei valori pressori sistolici, diastolici e delle frequenze cardiache	<input type="checkbox"/>				
11867 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
La struttura è dotata di stabilizzatore di corrente	<input type="checkbox"/>				
11868 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
L'impianto di climatizzazione garantisce il range fra i 21° ed i 25° C	<input type="checkbox"/>				
11869 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
Per il montaggio delle apparecchiature Holter è presente un infermiere o un tecnico di cardiologia.	<input type="checkbox"/>				
11870 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
Il cardiologo referente è reperibile nelle strutture	<input type="checkbox"/>				
11871 Elettrocardiografia dinamica	SI	si	no	NO	N.A.
Per le strutture extraospedaliere, non dotate di analizzatore, è previsto un protocollo concordato con i Centri di riferimento affinché sia garantita la lettura centralizzata delle registrazioni in tempi definiti	<input type="checkbox"/>				
11872 Elettrocardiografia da sforzo	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti strutturali La struttura presenta una dotazione minima di: -locale di segreteria- accettazione anche in comune con altri servizi di cardiologia ambulatoriale	<input type="checkbox"/>				
11873 Elettrocardiografia da sforzo	SI	si	no	NO	N.A.
-sala di aspetto anche in comune con altri servizi di cardiologia ambulatoriale	<input type="checkbox"/>				
11874 Elettrocardiografia da sforzo	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti strutturali La struttura dispone del locale per la esecuzione della prova ergometrica dotata di: - Lettino può essere coincidente con un locale adibito ad ambulatorio purché dotato dei necessari requisiti strutturali e di attrezzature	<input type="checkbox"/>				
11875 Elettrocardiografia da sforzo	SI	si	no	NO	N.A.
- tappetino	<input type="checkbox"/>				

11876 Elettrocardiografia da sforzo - zona spogliatoio con lavandino	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
11877 Elettrocardiografia da sforzo - armadi per materiale di consumo	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
11878 Elettrocardiografia da sforzo Requisiti strutturali La struttura dispone di una seconda sala per la esecuzione della prova ergometrica, se vengono praticati più di 12 esami/die o in caso si eseguano contemporaneamente prove ergometriche o prove con valutazione integrata respiratoria e metabolica	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
11879 Elettrocardiografia da sforzo Requisiti strutturali La sala consente facile accesso, per almeno due persone, alla pedana scorrevole e al cicloergometro, al lettino e alle strumentazioni per la rianimazione	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
11880 Elettrocardiografia da sforzo Requisiti tecnologici La struttura presenta una dotazione minima di: 1 poligrafo con monitor minimo 3 canali monitorati in continuo e 12 derivazioni visualizzabili; possibilità di stampa immediata di ECG 12 derivazioni è desiderabile un apparecchio che operi l'elaborazione digitale del segnale ECG con misura della forma d'onda: in tal caso deve uniformarsi alle raccomandazioni per la standardizzazione e la specificazione nella elettrocardiografia automatica	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
11881 Elettrocardiografia da sforzo Requisiti tecnologici La struttura presenta una dotazione minima di: 1 sfigmomanometro a mercurio montato su colonna, mobile, con bracciale medio, grande e piccolo	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
11882 Elettrocardiografia da sforzo Requisiti tecnologici La struttura presenta una dotazione minima di: 1 treadmill idoneo per pazienti fino a 150 chili, elevazione fino al 20% e velocità incrementabili, pedana >127x40 cm, posapiedi laterali, ringhiera frontale e laterali, bottone per arresto d'emergenza, presa di alimentazione dedicata; per la attività diagnostica pediatrica è sufficiente o un treadmill o un cicloergometro	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
11883 Elettrocardiografia da sforzo La struttura presenta una dotazione minima di: 1 cicloergometro a freno elettromagnetico con almeno 300 Watt di potenza; per la attività pediatrica sufficiente un treadmill	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
11884 Elettrocardiografia da sforzo La struttura presenta una dotazione minima di: 1 defibrillatore e set di rianimazione cardiopolmonare inclusivo di tutti i presidi farmacologici e non, necessari per la gestione delle emergenze cardiache e in particolare dell'arresto cardiaco 1 per sala, se le sale non sono contigue; altrimenti 1 in comune	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				

11885 Elettrocardiografia da sforzo	SI	si	no	NO	N.A.
La struttura presenta una dotazione minima di: set da infusione	<input type="checkbox"/>				
11886 Elettrocardiografia da sforzo	SI	si	no	NO	N.A.
La struttura presenta una dotazione minima di: apparecchiatura per ergometria cardiopolmonare con analisi dei gas respiratori auspicabile, ma indispensabile laddove si pratichino valutazione funzionale e stratificazioni prognostiche accurate di pazienti con insufficienza cardiaca candidati a trapianto cardiaco, post-operati e in programmazione di riabilitazione cardiovascolare	<input type="checkbox"/>				
11887 Elettrocardiografia da sforzo	SI	si	no	NO	N.A.
L' impianto elettrico dispone di stabilizzatore di corrente.	<input type="checkbox"/>				
11888 Elettrocardiografia da sforzo	SI	si	no	NO	N.A.
Impianto elettrico: Le prese di attacco della strumentazione sono autonome ed escludibili dalla rete	<input type="checkbox"/>				
11889 Elettrocardiografia da sforzo	SI	si	no	NO	N.A.
Impianto elettrico: per alcuni analizzatori è previsto un isolamento elettrico del lettore	<input type="checkbox"/>				
11890 Elettrocardiografia da sforzo	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti organizzativi Durante l'esecuzione della procedura sono presenti in sala diagnostica un medico cardiologo e un infermiere	<input type="checkbox"/>				
11891 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti strutturali La struttura presenta una dotazione minima di: -locale di segreteria- accettazione anche in comune con altri servizi ambulatoriali	<input type="checkbox"/>				
11892 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
-sala di aspetto anche in comune con altri servizi ambulatoriali	<input type="checkbox"/>				
11893 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
-locale per la esecuzione dell'esame ecocardiografico può essere coincidente anche con il locale dove si svolge attività ambulatoriale purché dotato dei necessari requisiti strutturali e di attrezzature	<input type="checkbox"/>				
11894 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti strutturali L'ambulatorio dove si eseguono ecocardiogrammi transesofagei (ETE) e/o eco-stress ha dimensioni tali da consentire un agevole intervento in caso di complicanze o di necessità di rianimazione cardiopolmonare	<input type="checkbox"/>				

11895 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici	<input type="checkbox"/>				
La struttura presenta una dotazione minima di: 1 ecocardiografo con m-mode, bidimensionale, Doppler continuo e pulsato, Doppler con codifica a colori, sonde settoriali a 3.5 MHz, possibilità di monitoraggio elettrocardiografico, eventuale sonda 'cieca' e Doppler continuo auspicabile anche sonda 2.5; per la attività pediatrica sono necessarie anche le sonde 5 e 7.5 per l'attività di diagnostica vascolare					
11896 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici	<input type="checkbox"/>				
La struttura presenta una dotazione minima di: 1 secondo ecocardiografo completo con 2 sonde e sonda Trans Esofagea Qualora venga eseguita attività di ETE ed Eco-Stress					
11897 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici	<input type="checkbox"/>				
La struttura presenta una dotazione minima di: - apparecchiatura di rianimazione cardiopolmonare anche in comune con altre adiacenti strutture ambulatoriali, facilmente accessibile dove si eseguono ETE ed eco-stress					
11898 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
- erogatore di ossigeno,	<input type="checkbox"/>				
11899 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
- sistema di monitoraggio pressorio,	<input type="checkbox"/>				
11900 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
- sistema di monitoraggio elettrocardiografico	<input type="checkbox"/>				
11901 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
- elettrocardiografo	<input type="checkbox"/>				
11902 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici	<input type="checkbox"/>				
La struttura è dotato di un sistema per l'archiviazione					
11903 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici	<input type="checkbox"/>				
L'impianto di climatizzazione garantisce il range fra i 21° ed i 25° C					
11904 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti organizzativi	<input type="checkbox"/>				
Sono disponibili le procedure per la sterilizzazione delle sonde TE					

11905 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti organizzativi	<input type="checkbox"/>				
Durante l'esecuzione delle procedure è presente un medico ed è disponibile un infermiere					
11906 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti organizzativi	<input type="checkbox"/>				
Durante l'esecuzione di esami eco-stress e i TE vi è la presenza contemporanea di un medico e di un infermiere.					
12703 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
Competence e formazione per operatore	<input type="checkbox"/>				
Si considera competenza di base l'esecuzione documentata, negli ultimi cinque anni, di numero 800 procedure per operare in autonomia, comprensive di Ecografia Transesofagea e di Ecostress.					
12704 Ecocardiografia	SI	si	no	NO	N.A.
Competence e formazione per operatore	<input type="checkbox"/>				
Per il mantenimento della clinical competence si richiedono 300 procedure all'anno.					
12705 Elettrocardiografia da sforzo	SI	si	no	NO	N.A.
Competence e formazione per operatore	<input type="checkbox"/>				
La competenza di base consiste nell'esecuzione documentata di almeno 200 procedure per operare in autonomia					
12706 Elettrocardiografia da sforzo	SI	si	no	NO	N.A.
Competence e formazione per operatore	<input type="checkbox"/>				
Il mantenimento della competenza prevede l'esecuzione di 50 procedure/anno					
12707 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Clinical competence e formazione	<input type="checkbox"/>				
Il piano di aggiornamento del personale deve tenere conto della necessità di acquisire i crediti formativi previsti					
12708 Ambulatorio di cardiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Clinical competence e formazione	<input type="checkbox"/>				
Deve essere individuato un set di indicatori per la valutazione della performance					