

Regione Emilia-Romagna - Requisiti specifici Accreditemento D.G.R. 327/04

Struttura: Poliambulatori - Discipline separate (Str. Sanitarie)

Data Inizio:

Indirizzo: estrazione per disciplina

26/06/2018

Disciplina: Poliambulatori / Ambulatori 13
(Neuroradiologia)

Data Fine:

26/06/2018

Firma Responsabile Struttura _____

Firma Team Leader _____

Note del Valutatore

6279 Attività diagnost Neuroradiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
Dotazione di ambienti e spazi: - area attesa (dotata di adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ogni struttura erogatrice possiede le caratteristiche degli spazi in riferimento alla tipologia delle prestazioni erogate, come viene specificato nelle apposite schede-prestazione					
6280 Attività diagnost Neuroradiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
- spazi per accettazione, attività amministrative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- spazi per accettazione, attività amministrative					
6281 Attività diagnost Neuroradiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
- servizi igienici distinti per operatori e utenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anche condiviso all'interno della struttura					
6282 Attività diagnost Neuroradiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
- locale per la conservazione e il trattamento del materiale sensibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6283 Attività diagnost Neuroradiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
- area tecnica per il trattamento e la trasmissione delle immagini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
di stretta pertinenza degli operatori, medici e tecnici					
6284 Attività diagnost Neuroradiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
- locale per la refertazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6285 Attività diagnost Neuroradiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
- locale/spazio per il deposito del materiale sporco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anche condiviso all'interno della struttura					
6286 Attività diagnost Neuroradiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
- locale/spazio per il deposito del materiale pulito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anche condiviso all'interno della struttura					
6287 Attività diagnost Neuroradiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
- spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6288 Attività diagnost Neuroradiologia convenzionale - spazio per lo smaltimento differenziato dei rifiuti anche in comune con altre funzioni	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6289 Attività diagnost Neuroradiologia convenzionale - sala di radiodiagnostica convenzionale con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6290 Attività diagnost Neuroradiologia convenzionale - spazi per archivio anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6291 Attività diagnost Neuroradiologia convenzionale Richieste prestazionali per specifici ambienti - Nelle sale lo spazio è adeguato per muoversi agevolmente intorno al supporto paziente e alla apparecchiatura radiologica durante le procedure e le eventuali manovre assistenziali o rianimatorie	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6292 Attività diagnost Neuroradiologia convenzionale Dotazione di attrezzature - Attrezzatura per Radiologia Convenzionale costituita da: - craniostato (possibilmente digitalizzato) o un telecomando (possibilmente digitalizzato) anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6293 Attività diagnost Neuroradiologia convenzionale attrezzature per la rianimazione	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6294 Attività diagnost Neuroradiologia convenzionale Durante l'esecuzione degli esami è presente un tecnico di radiologia	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6295 Attività diagnost Neurorad tomografia assiale comp Dotazione di ambienti e spazi - Dotazione di ambienti e spazi: - area attesa (dotata di adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi) Ogni struttura erogatrice possiede le caratteristiche degli spazi in riferimento alla tipologia delle prestazioni erogate, come viene specificato nelle apposite schede-prestazione	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6296 Attività diagnost Neurorad tomografia assiale comp - spazi per accettazione, attività amministrative anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6297 Attività diagnost Neurorad tomografia assiale comp - servizi igienici distinti per operatori e utenti anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6298 Attività diagnost Neurorad tomografia assiale comp - locale per la conservazione e il trattamento del materiale sensibile	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>

6299 Attività diagnost Neurorad tomografia assiale comp - area tecnica per il trattamento e la trasmissione delle immagini di stretta pertinenza degli operatori, medici e tecnici	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6300 Attività diagnost Neurorad tomografia assiale comp - locale per la refertazione	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6301 Attività diagnost Neurorad tomografia assiale comp - locale/spazio per il deposito del materiale sporco anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6302 Attività diagnost Neurorad tomografia assiale comp - locale/spazio per il deposito del materiale pulito anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6303 Attività diagnost Neurorad tomografia assiale comp - spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6304 Attività diagnost Neurorad tomografia assiale comp - spazio per lo smaltimento differenziato dei rifiuti anche in comune con altre funzioni	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6305 Attività diagnost Neurorad tomografia assiale comp - sala per Tomografia Computerizzata con annessi spazi e spogliatoi per pazienti allettati e ambulantanti anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6306 Attività diagnost Neurorad tomografia assiale comp - spazi per archivio anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6307 Attività diagnost Neurorad tomografia assiale comp Richieste prestazionali per specifici ambienti - Nelle sale lo spazio è adeguato per muoversi agevolmente intorno al supporto paziente e alla apparecchiatura radiologica durante le procedure e le eventuali manovre assistenziali o rianimatorie	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6308 Attività diagnost Neurorad tomografia assiale comp Dotazione di attrezzature - attrezzatura per Tomografia Computerizzata e ttrezzature accessorie: - monitoraggio elettrocardiografico e defibrillatore - respiratore automatico - flussiossimetro anche condiviso all'interno della struttura ossibilmente tecnologia spirale e con programma di stereotassi	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6309 Attività diagnost Neurorad tomografia assiale comp attrezzature per la rianimazione	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>

6310 Attività diagnost Neurorad tomografia assiale comp	SI	si	no	NO	N.A.
Durante l'esecuzione degli esami è garantita la presenza contemporanea del neuroradiologo e di un tecnico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6311 Attività diagnost Neurorad tomografia assiale comp	SI	si	no	NO	N.A.
Esistono accordi con le altre strutture radiologiche del territorio di riferimento per garantire la gestione delle urgenze e la continuità del servizio in caso di emergenza organizzativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6313 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica	SI	si	no	NO	N.A.
Dotazione di ambienti e spazi - Dotazione di ambienti e spazi: - area attesa (dotata di adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ogni struttura erogatrice possiede le caratteristiche degli spazi in riferimento alla tipologia delle prestazioni erogate, come viene specificato nelle apposite schede-prestazione					
6314 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica	SI	si	no	NO	N.A.
- spazi per accettazione, attività amministrative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anche condiviso all'interno della struttura					
6315 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica	SI	si	no	NO	N.A.
- servizi igienici distinti per operatori e utenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anche condiviso all'interno della struttura					
6316 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica	SI	si	no	NO	N.A.
- locale per la conservazione e il trattamento del materiale sensibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6317 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica	SI	si	no	NO	N.A.
- area tecnica per il trattamento e la trasmissione delle immagini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
di stretta pertinenza degli operatori, medici e tecnici					
6318 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica	SI	si	no	NO	N.A.
- locale per la refertazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6319 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica	SI	si	no	NO	N.A.
- locale/spazio per il deposito del materiale sporco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anche condiviso all'interno della struttura					
6320 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica	SI	si	no	NO	N.A.
- locale/spazio per il deposito del materiale pulito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anche condiviso all'interno della struttura					
6321 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica	SI	si	no	NO	N.A.
- spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6322 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica - spazio per lo smaltimento differenziato dei rifiuti anche in comune con altre funzioni	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6323 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica - sala per Tomografia Computerizzata con annessi spazi e spogliatoi per pazienti allettati e ambulant anche condiviso all'interno della struttura. 'attuale normativa prevede che la Risonanza Magnetica sia collocata obbligatoriamente dove già esiste una TAC	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6324 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica - sala per la Risonanza Magnetica, con annessa sala assistenza e spazi/spogliatoi per pazienti allettati e ambulant anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6325 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica - spazi per archivio anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6326 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica Richieste prestazionali per specifici ambienti - Nelle sale lo spazio è adeguato per muoversi agevolmente intorno al supporto paziente e alla apparecchiatura radiologica durante le procedure e le eventuali manovre assistenziali o rianimatorie	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6327 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica Dotazione di attrezzature - attrezzatura per Tomografia Computerizzata e attrezzature accessorie: - monitoraggio elettrocardiografico e defibrillatore - respiratore automatico - flussiossimetro anche condiviso all'interno della struttura ossibilmente tecnologia spirale e con programma di stereotassi	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6328 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica attrezzature per la Risonanza Magnetica da almeno 0,5 tesla, possibilmente 1,5 con attrezzature accessorie*: - monitoraggio elettrocardiografico e defibrillatore - respiratore automatico - flussiossimetro - barella e asta portaflebo amagnetica anche condiviso all'interno della struttura compatibili con i campi magnetici	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6329 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica attrezzature per la rianimazione	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6330 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica Durante l'esecuzione degli esami è garantita la presenza contemporanea del neuroradiologo e di un tecnico	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>

6331 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica	SI	si	no	NO	N.A.
Esistono accordi con le altre strutture radiologiche del territorio di riferimento per garantire la gestione delle urgenze e la continuità del servizio in caso di emergenza organizzativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6332 Attività diagnost Neurorad Risonanza Magnetica	SI	si	no	NO	N.A.
E' stato stilato ed applicato un regolamento per la sicurezza degli impianti, del personale, dei pazienti previsto dalla normativa vigente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6334 Attività disagn Neurorad Angiografia	SI	si	no	NO	N.A.
Dotazione di ambienti e spazi - Dotazione di ambienti e spazi: - area attesa (dotata di adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi) Ogni struttura erogatrice possiede le caratteristiche degli spazi in riferimento alla tipologia delle prestazioni erogate, come viene specificato nelle apposite schede-prestazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6335 Attività disagn Neurorad Angiografia	SI	si	no	NO	N.A.
- spazi per accettazione, attività amministrative anche condiviso all'interno della struttura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6336 Attività disagn Neurorad Angiografia	SI	si	no	NO	N.A.
- servizi igienici distinti per operatori e utenti anche condiviso all'interno della struttura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6337 Attività disagn Neurorad Angiografia	SI	si	no	NO	N.A.
- locale per la conservazione e il trattamento del materiale sensibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6338 Attività disagn Neurorad Angiografia	SI	si	no	NO	N.A.
- area tecnica per il trattamento e la trasmissione delle immagini di stretta pertinenza degli operatori, medici e tecnici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6339 Attività disagn Neurorad Angiografia	SI	si	no	NO	N.A.
- locale per la refertazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6340 Attività disagn Neurorad Angiografia	SI	si	no	NO	N.A.
- locale/spazio per il deposito del materiale sporco anche condiviso all'interno della struttura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6341 Attività disagn Neurorad Angiografia	SI	si	no	NO	N.A.
- locale/spazio per il deposito del materiale pulito anche condiviso all'interno della struttura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6342 Attività disagn Neurorad Angiografia	SI	si	no	NO	N.A.
- spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6343 Attività disagn Neurorad Angiografia - spazio per lo smaltimento differenziato dei rifiuti anche in comune con altre funzioni	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6344 Attività disagn Neurorad Angiografia - sala per esami angiografici con annessi sala per medicazione/risveglio anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6345 Attività disagn Neurorad Angiografia - spazi per archivio anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6346 Attività disagn Neurorad Angiografia Richieste prestazionali per specifici ambienti - Nelle sale lo spazio è adeguato per muoversi agevolmente intorno al supporto paziente e alla apparecchiatura radiologica durante le procedure e le eventuali manovre assistenziali o rianimatorie	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6347 Attività disagn Neurorad Angiografia La sala angiografica ha una metratura di almeno m ² 25 per le strutture esistenti, m ² 36 per le strutture di nuova progettazione	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6348 Attività disagn Neurorad Angiografia Dotazione di attrezzature - attrezzature per angiografia con: - stativo ad arco - scopia pulsata - iniettore automatico - capacità di almeno 6 immagini digitalizzate al secondo ttrezzature accessorie*: - monitoraggio elettrocardiografico e defibrillatore - respiratore automatico - flussiossimetro - paratia anti X mobile - camici, collari, guanti, occhiali antiX anche condiviso all'interno della struttura capacità di 12 immagini al secondo in caso la struttura pratichi attività di neuroradiologia interventistica devono essere presenti in sala Imeno in quantità sufficiente per gli operatori in attività	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6349 Attività disagn Neurorad Angiografia attrezzature per la rianimazione presente in sala	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6350 Attività disagn Neurorad Angiografia Durante l'esecuzione degli esami è presente contemporaneamente al neuroradiologo il tecnico radiologo	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
6351 Attività disagn Neurorad Angiografia È garantita la presenza di un infermiere	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>

6352 Attività Neurorad Ecografia	SI	si	no	NO	N.A.
Dotazione di ambienti e spazi - Dotazione di ambienti e spazi: - area attesa (dotata di adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ogni struttura erogatrice possiede le caratteristiche degli spazi in riferimento alla tipologia delle prestazioni erogate, come viene specificato nelle apposite schede-prestazione					
6353 Attività Neurorad Ecografia	SI	si	no	NO	N.A.
- spazi per accettazione, attività amministrative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anche condiviso all'interno della struttura					
6354 Attività Neurorad Ecografia	SI	si	no	NO	N.A.
- servizi igienici distinti per operatori e utenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anche condiviso all'interno della struttura					
6355 Attività Neurorad Ecografia	SI	si	no	NO	N.A.
- locale per la conservazione e il trattamento del materiale sensibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6356 Attività Neurorad Ecografia	SI	si	no	NO	N.A.
- locale/spazio per il deposito del materiale sporco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anche condiviso all'interno della struttura					
6357 Attività Neurorad Ecografia	SI	si	no	NO	N.A.
- locale/spazio per il deposito del materiale pulito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anche condiviso all'interno della struttura					
6358 Attività Neurorad Ecografia	SI	si	no	NO	N.A.
- spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6359 Attività Neurorad Ecografia	SI	si	no	NO	N.A.
- locale per l'esecuzione di esami ecografici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
qualora previsti					
6360 Attività Neurorad Ecografia	SI	si	no	NO	N.A.
- spazi per archivio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anche condiviso all'interno della struttura					
6361 Attività Neurorad Ecografia	SI	si	no	NO	N.A.
Richieste prestazionali per specifici ambienti - Nelle sale lo spazio è adeguato per muoversi agevolmente intorno al supporto paziente e alla apparecchiatura radiologica durante le procedure e le eventuali manovre assistenziali o rianimatorie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6362 Attività Neurorad Ecografia	SI	si	no	NO	N.A.
Dotazione di attrezzature - eco color Doppler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
qualora previsto					
6363 Attività Neurorad Ecografia	SI	si	no	NO	N.A.
L'esecuzione degli esami è affidata ad un medico esperto della metodica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6364 Attività di neuroradiol.interventist.-terapeutica	SI	si	no	NO	N.A.
Si colloca esclusivamente in strutture di degenza in cui si erogano prestazioni di Neurochirurgia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le strutture e le attrezzature sono quelle indicate e opportunamente integrate per l'attività specifica					
6365 Attività di neuroradiol.interventist.-terapeutica	SI	si	no	NO	N.A.
L'attività di neuroradiologia interventistica è svolta da un neuroradiologo, assistito da un tecnico di radiologia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6366 Attività di neuroradiol.interventist.-terapeutica	SI	si	no	NO	N.A.
La presenza dell'anestesista è obbligatoria in sala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6367 Attività di neuroradiol.interventist.-terapeutica	SI	si	no	NO	N.A.
E' presente un infermiere in sala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6368 Attività di neuroradiol.interventist.-terapeutica	SI	si	no	NO	N.A.
Il responsabile del personale tecnico individua le persone dedicate, in riferimento alle varie figure professionali necessarie, per consentire loro di sviluppare le competenze e l'affiatamento richiesto per l'espletamento di tali procedure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6369 Attività di neuroradiol.interventist.-terapeutica	SI	si	no	NO	N.A.
E' predisposta una procedura, in collaborazione con i reparti di degenza e rianimazione, per l'assistenza ai pazienti preliminare e successiva ai trattamenti che la richiedano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6370 Attività di neuroradiol.interventist.-terapeutica	SI	si	no	NO	N.A.
L'operatore che pratica in autonomia attività interventistico – terapeutica ha effettuato in maniera documentata nei due anni precedenti almeno 50 procedure, di cui almeno 25 in qualità di primo operatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6371 Attività di neuroradiol.interventist.-terapeutica	SI	si	no	NO	N.A.
Il mantenimento della clinical competence dopo 5 anni di attività neuroradiologica interventistico – terapeutica continuativa comporta l'esecuzione di almeno 20 procedure l'anno in qualità di primo o secondo operatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>