

**Regione Emilia-Romagna - Requisiti specifici Accreditemento D.G.R. 327/04**

Struttura: Neuroradiologia (Str. Sanitarie)

Data Inizio:

Indirizzo: estrazione per disciplina

09/03/2018

Disciplina: Neuroradiologia 01

Data Fine:

09/03/2018

Firma Responsabile Struttura \_\_\_\_\_

Firma Team Leader \_\_\_\_\_

Note del Valutatore

2066 Attività diagnostica: radiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
Dotazione di ambienti e spazi: - area attesa (dotata di adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi)	<input type="checkbox"/>				
Ogni struttura erogatrice possiede le caratteristiche degli spazi in riferimento alla tipologia delle prestazioni erogate, come viene specificato nelle apposite schede-prestazione					
2067 Attività diagnostica: radiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
- spazi per accettazione, attività amministrative	<input type="checkbox"/>				
- spazi per accettazione, attività amministrative					
2068 Attività diagnostica: radiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
- servizi igienici distinti per operatori e utenti	<input type="checkbox"/>				
anche condiviso all'interno della struttura					
2069 Attività diagnostica: radiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
- locale per la conservazione e il trattamento del materiale sensibile	<input type="checkbox"/>				
2070 Attività diagnostica: radiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
- area tecnica per il trattamento e la trasmissione delle immagini	<input type="checkbox"/>				
di stretta pertinenza degli operatori, medici e tecnici					
2071 Attività diagnostica: radiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
- locale per la refertazione	<input type="checkbox"/>				
2072 Attività diagnostica: radiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
- locale/spazio per il deposito del materiale sporco	<input type="checkbox"/>				
anche condiviso all'interno della struttura					
2073 Attività diagnostica: radiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
- locale/spazio per il deposito del materiale pulito	<input type="checkbox"/>				
anche condiviso all'interno della struttura					
2074 Attività diagnostica: radiologia convenzionale	SI	si	no	NO	N.A.
- spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni	<input type="checkbox"/>				

2075 Attività diagnostica: radiologia convenzionale - spazio per lo smaltimento differenziato dei rifiuti anche in comune con altre funzioni	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2076 Attività diagnostica: radiologia convenzionale - sala di radiodiagnostica convenzionale con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2077 Attività diagnostica: radiologia convenzionale - spazi per archivio anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2078 Attività diagnostica: radiologia convenzionale Richieste prestazionali per specifici ambienti - Nelle sale lo spazio è adeguato per muoversi agevolmente intorno al supporto paziente e alla apparecchiatura radiologica durante le procedure e le eventuali manovre assistenziali o rianimatorie	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2079 Attività diagnostica: radiologia convenzionale Dotazione di attrezzature - Attrezzatura per Radiologia Convenzionale costituita da: - craniostato (possibilmente digitalizzato ) o un telecomandato (possibilmente digitalizzato) anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2080 Attività diagnostica: radiologia convenzionale attrezzature per la rianimazione	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2081 Attività diagnostica: radiologia convenzionale Durante l'esecuzione degli esami è presente un tecnico di radiologia	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2082 Attività diagnostica: tomografia assiale computer. Dotazione di ambienti e spazi - Dotazione di ambienti e spazi: - area attesa (dotata di adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi) Ogni struttura erogatrice possiede le caratteristiche degli spazi in riferimento alla tipologia delle prestazioni erogate, come viene specificato nelle apposite schede-prestazione	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2083 Attività diagnostica: tomografia assiale computer. - spazi per accettazione, attività amministrative anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2084 Attività diagnostica: tomografia assiale computer. - servizi igienici distinti per operatori e utenti anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2085 Attività diagnostica: tomografia assiale computer. - locale per la conservazione e il trattamento del materiale sensibile	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>

2086 Attività diagnostica: tomografia assiale computer. - area tecnica per il trattamento e la trasmissione delle immagini di stretta pertinenza degli operatori, medici e tecnici	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2087 Attività diagnostica: tomografia assiale computer. - locale per la refertazione	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2088 Attività diagnostica: tomografia assiale computer. - locale/spazio per il deposito del materiale sporco anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2089 Attività diagnostica: tomografia assiale computer. - locale/spazio per il deposito del materiale pulito anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2090 Attività diagnostica: tomografia assiale computer. - spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2091 Attività diagnostica: tomografia assiale computer. - spazio per lo smaltimento differenziato dei rifiuti anche in comune con altre funzioni	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2092 Attività diagnostica: tomografia assiale computer. - sala per Tomografia Computerizzata con annessi spazi e spogliatoi per pazienti allettati e ambulantanti anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2093 Attività diagnostica: tomografia assiale computer. - spazi per archivio anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2094 Attività diagnostica: tomografia assiale computer. Richieste prestazionali per specifici ambienti - Nelle sale lo spazio è adeguato per muoversi agevolmente intorno al supporto paziente e alla apparecchiatura radiologica durante le procedure e le eventuali manovre assistenziali o rianimatorie	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2095 Attività diagnostica: tomografia assiale computer. Dotazione di attrezzature - attrezzatura per Tomografia Computerizzata e attrezzature accessorie: - monitoraggio elettrocardiografico e defibrillatore - respiratore automatico - flussiossimetro anche condiviso all'interno della struttura ossibilmente tecnologia spirale e con programma di stereotassi	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2096 Attività diagnostica: tomografia assiale computer. attrezzature per la rianimazione	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>

2097 Attività diagnostica: tomografia assiale computer. Durante l'esecuzione degli esami è garantita la presenza contemporanea del neuroradiologo e di un tecnico	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2098 Attività diagnostica: tomografia assiale computer. Esistono accordi con le altre strutture radiologiche del territorio di riferimento per garantire la gestione delle urgenze e la continuità del servizio in caso di emergenza organizzativa	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2099 Attività diagnostica: risonanza magnetica Dotazione di ambienti e spazi - Dotazione di ambienti e spazi: - area attesa (dotata di adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi) Ogni struttura erogatrice possiede le caratteristiche degli spazi in riferimento alla tipologia delle prestazioni erogate, come viene specificato nelle apposite schede-prestazione	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2100 Attività diagnostica: risonanza magnetica - spazi per accettazione, attività amministrative anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2101 Attività diagnostica: risonanza magnetica - servizi igienici distinti per operatori e utenti anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2102 Attività diagnostica: risonanza magnetica - locale per la conservazione e il trattamento del materiale sensibile	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2103 Attività diagnostica: risonanza magnetica - area tecnica per il trattamento e la trasmissione delle immagini di stretta pertinenza degli operatori, medici e tecnici	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2104 Attività diagnostica: risonanza magnetica - locale per la refertazione	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2105 Attività diagnostica: risonanza magnetica - locale/spazio per il deposito del materiale sporco anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2106 Attività diagnostica: risonanza magnetica - locale/spazio per il deposito del materiale pulito anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2107 Attività diagnostica: risonanza magnetica - spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>

2108 Attività diagnostica: risonanza magnetica - spazio per lo smaltimento differenziato dei rifiuti anche in comune con altre funzioni	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2109 Attività diagnostica: risonanza magnetica - sala per Tomografia Computerizzata con annessi spazi e spogliatoi per pazienti allettati e ambulant anche condiviso all'interno della struttura. 'attuale normativa prevede che la Risonanza Magnetica sia collocata obbligatoriamente dove già esiste una TAC	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2110 Attività diagnostica: risonanza magnetica - sala per la Risonanza Magnetica, con annessa sala assistenza e spazi/spogliatoi per pazienti allettati e ambulant anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2111 Attività diagnostica: risonanza magnetica - spazi per archivio anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2112 Attività diagnostica: risonanza magnetica Richieste prestazionali per specifici ambienti - Nelle sale lo spazio è adeguato per muoversi agevolmente intorno al supporto paziente e alla apparecchiatura radiologica durante le procedure e le eventuali manovre assistenziali o rianimatorie	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2113 Attività diagnostica: risonanza magnetica Dotazione di attrezzature - attrezzatura per Tomografia Computerizzata e attrezzature accessorie: - monitoraggio elettrocardiografico e defibrillatore - respiratore automatico - flussiossimetro anche condiviso all'interno della struttura ossibilmente tecnologia spirale e con programma di stereotassi	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2114 Attività diagnostica: risonanza magnetica attrezzature per la Risonanza Magnetica da almeno 0,5 tesla, possibilmente 1,5 con attrezzature accessorie*: - monitoraggio elettrocardiografico e defibrillatore - respiratore automatico - flussiossimetro - barella e asta portaflebo amagnetica anche condiviso all'interno della struttura compatibili con i campi magnetici	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2115 Attività diagnostica: risonanza magnetica attrezzature per la rianimazione	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2116 Attività diagnostica: risonanza magnetica Durante l'esecuzione degli esami è garantita la presenza contemporanea del neuroradiologo e di un tecnico	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>

2117 Attività diagnostica: risonanza magnetica Esistono accordi con le altre strutture radiologiche del territorio di riferimento per garantire la gestione delle urgenze e la continuità del servizio in caso di emergenza organizzativa	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2118 Attività diagnostica: risonanza magnetica E' stato stilato ed applicato un regolamento per la sicurezza degli impianti, del personale, dei pazienti previsto dalla normativa vigente	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2119 Attività diagnostica: angiografica Dotazione di ambienti e spazi - Dotazione di ambienti e spazi: - area attesa (dotata di adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi) Ogni struttura erogatrice possiede le caratteristiche degli spazi in riferimento alla tipologia delle prestazioni erogate, come viene specificato nelle apposite schede-prestazione	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2120 Attività diagnostica: angiografica - spazi per accettazione, attività amministrative anche condiviso all'interno della struttura	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2121 Attività diagnostica: angiografica - servizi igienici distinti per operatori e utenti anche condiviso all'interno della struttura	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2122 Attività diagnostica: angiografica - locale per la conservazione e il trattamento del materiale sensibile	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2123 Attività diagnostica: angiografica - area tecnica per il trattamento e la trasmissione delle immagini di stretta pertinenza degli operatori, medici e tecnici	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2124 Attività diagnostica: angiografica - locale per la refertazione	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2125 Attività diagnostica: angiografica - locale/spazio per il deposito del materiale sporco anche condiviso all'interno della struttura	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2126 Attività diagnostica: angiografica - locale/spazio per il deposito del materiale pulito anche condiviso all'interno della struttura	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2127 Attività diagnostica: angiografica - spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				

2128 Attività diagnostica: angiografica - spazio per lo smaltimento differenziato dei rifiuti anche in comune con altre funzioni	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2129 Attività diagnostica: angiografica - sala per esami angiografici con annessi sala per medicazione/risveglio anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2130 Attività diagnostica: angiografica - spazi per archivio anche condiviso all'interno della struttura	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2131 Attività diagnostica: angiografica Richieste prestazionali per specifici ambienti - Nelle sale lo spazio è adeguato per muoversi agevolmente intorno al supporto paziente e alla apparecchiatura radiologica durante le procedure e le eventuali manovre assistenziali o rianimatorie	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2132 Attività diagnostica: angiografica La sala angiografica ha una metratura di almeno m <sup>2</sup> 25 per le strutture esistenti, m <sup>2</sup> 36 per le strutture di nuova progettazione	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2133 Attività diagnostica: angiografica Dotazione di attrezzature - attrezzature per angiografia con: - stativo ad arco - scopia pulsata - iniettore automatico - capacità di almeno 6 immagini digitalizzate al secondo ttrezzature accessorie*: - monitoraggio elettrocardiografico e defibrillatore - respiratore automatico - flussiossimetro - paratia anti X mobile - camici, collari, guanti, occhiali antiX anche condiviso all'interno della struttura capacità di 12 immagini al secondo in caso la struttura pratici attività di neuroradiologia interventistica devono essere presenti in sala Imeno in quantità sufficiente per gli operatori in attività	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2134 Attività diagnostica: angiografica attrezzature per la rianimazione presente in sala	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2135 Attività diagnostica: angiografica Durante l'esecuzione degli esami è presente contemporaneamente al neuroradiologo il tecnico radiologo	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>
2136 Attività diagnostica: angiografica È garantita la presenza di un infermiere	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>

2137 Attività diagnostica: ecografia inter. Neuroradiol	SI	si	no	NO	N.A.
Dotazione di ambienti e spazi - Dotazione di ambienti e spazi: - area attesa (dotata di adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi)	<input type="checkbox"/>				
Ogni struttura erogatrice possiede le caratteristiche degli spazi in riferimento alla tipologia delle prestazioni erogate, come viene specificato nelle apposite schede-prestazione					
2138 Attività diagnostica: ecografia inter. Neuroradiol	SI	si	no	NO	N.A.
- spazi per accettazione, attività amministrative	<input type="checkbox"/>				
anche condiviso all'interno della struttura					
2139 Attività diagnostica: ecografia inter. Neuroradiol	SI	si	no	NO	N.A.
- servizi igienici distinti per operatori e utenti	<input type="checkbox"/>				
anche condiviso all'interno della struttura					
2140 Attività diagnostica: ecografia inter. Neuroradiol	SI	si	no	NO	N.A.
- locale per la conservazione e il trattamento del materiale sensibile	<input type="checkbox"/>				
2141 Attività diagnostica: ecografia inter. Neuroradiol	SI	si	no	NO	N.A.
- locale/spazio per il deposito del materiale sporco	<input type="checkbox"/>				
anche condiviso all'interno della struttura					
2142 Attività diagnostica: ecografia inter. Neuroradiol	SI	si	no	NO	N.A.
- locale/spazio per il deposito del materiale pulito	<input type="checkbox"/>				
anche condiviso all'interno della struttura					
2143 Attività diagnostica: ecografia inter. Neuroradiol	SI	si	no	NO	N.A.
- spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni	<input type="checkbox"/>				
2144 Attività diagnostica: ecografia inter. Neuroradiol	SI	si	no	NO	N.A.
- locale per l'esecuzione di esami ecografici	<input type="checkbox"/>				
qualora previsti					
2145 Attività diagnostica: ecografia inter. Neuroradiol	SI	si	no	NO	N.A.
- spazi per archivio	<input type="checkbox"/>				
anche condiviso all'interno della struttura					
2146 Attività diagnostica: ecografia inter. Neuroradiol	SI	si	no	NO	N.A.
Richieste prestazionali per specifici ambienti - Nelle sale lo spazio è adeguato per muoversi agevolmente intorno al supporto paziente e alla apparecchiatura radiologica durante le procedure e le eventuali manovre assistenziali o rianimatorie	<input type="checkbox"/>				
2147 Attività diagnostica: ecografia inter. Neuroradiol	SI	si	no	NO	N.A.
Dotazione di attrezzature - eco color Doppler	<input type="checkbox"/>				
qualora previsto					
2148 Attività diagnostica: ecografia inter. Neuroradiol	SI	si	no	NO	N.A.
L'esecuzione degli esami è affidata ad un medico esperto della metodica	<input type="checkbox"/>				

2150 Attività diagnostica: servizio di neuroradiologia	SI	si	no	NO	N.A.
La ubicazione del servizio garantisce un facile accesso alla sala di rianimazione e alla sala operatoria	<input type="checkbox"/>				
2151 Attività diagnostica: servizio di neuroradiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Il servizio di neuroradiologia dispone di personale che garantisce la presenza degli operatori qualificati previsti nei singoli punti relativi alle diverse attività diagnostiche e terapeutiche	<input type="checkbox"/>				
2152 Attività diagnostica: servizio di neuroradiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Il servizio di neuroradiologia garantisce la pronta disponibilità nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7	<input type="checkbox"/>				
2153 Attività diagnostica: servizio di neuroradiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Per le prestazioni considerate urgenti è garantito l'inizio della procedura diagnostica entro 30' dalla richiesta	<input type="checkbox"/>				
2154 Attività diagnostica: servizio di neuroradiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Il personale di supporto (tecnici di radiologia) è coerente con il numero dei neuroradiologi: il loro numero minimo è di tre	<input type="checkbox"/>				
2155 Attività diagnostica: servizio di neuroradiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Il personale amministrativo (per attività di accettazione, trascrizione referti, segreteria e archiviazione) è coerente con il numero degli esami praticati	<input type="checkbox"/>				
2156 Attività diagnostica: servizio di neuroradiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Esiste una procedura che definisce le attività diagnostiche di pertinenza della neuroradiologia e individua le modalità di invio dei pazienti alla neuroradiologia stessa in modo da tener conto di eventuali necessità diagnostiche urgenti	<input type="checkbox"/>				
2157 Attività diagnostica: servizio di neuroradiologia	SI	si	no	NO	N.A.
E' predisposta una procedura, in collaborazione con i reparti di degenza e rianimazione, per l'assistenza ai pazienti preliminare e successiva alle procedure che la richiedano	<input type="checkbox"/>				
2158 Attività di neuroradiol.interventist.-terapeutica	SI	si	no	NO	N.A.
Si colloca esclusivamente in strutture di degenza in cui si erogano prestazioni di Neurochirurgia	<input type="checkbox"/>				
Le strutture e le attrezzature sono quelle indicate e opportunamente integrate per l'attività specifica					
2159 Attività di neuroradiol.interventist.-terapeutica	SI	si	no	NO	N.A.
L'attività di neuroradiologia interventistica è svolta da un neuroradiologo, assistito da un tecnico di radiologia	<input type="checkbox"/>				

2160 Attività di neuroradiol.interventist.-terapeutica La presenza dell'anestesista è obbligatoria in sala	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2161 Attività di neuroradiol.interventist.-terapeutica E' presente un infermiere in sala	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2162 Attività di neuroradiol.interventist.-terapeutica Il responsabile del personale tecnico individua le persone dedicate, in riferimento alle varie figure professionali necessarie, per consentire loro di sviluppare le competenze e l'affiatamento richiesto per l'espletamento di tali procedure	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2163 Attività di neuroradiol.interventist.-terapeutica E' predisposta una procedura, in collaborazione con i reparti di degenza e rianimazione, per l'assistenza ai pazienti preliminare e successiva ai trattamenti che la richiedano	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2164 Acquisizione Servizi Neuroradiologia ACQUISIZIONE SERVIZI - Esistono procedure concordate con: - il laboratorio analisi chimico - cliniche e microbiologiche qualora si pratichi attività diagnostica invasiva e/o neurologia terapeutica	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2165 Acquisizione Servizi Neuroradiologia - il servizio di anatomia patologica, qualora si pratichino procedure diagnostiche quali biopsie;	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2166 Acquisizione Servizi Neuroradiologia - il servizio di anestesia - rianimazione, qualora si pratichi attività diagnostica angiografica e attività terapeutica	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2167 Acquisizione Servizi Neuroradiologia Tali procedure tengono conto delle eventuali indicazioni tecniche fornite da livelli sovraordinati Linee guida regionali per gli esami preoperatori	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2168 Acquisizione Servizi Neuroradiologia Laboratorio Analisi Chimico - cliniche e Microbiologiche - Le procedure prevedono l'utilizzo del laboratorio almeno nel caso di: - utilizzo di mezzi di contrasto	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2169 Acquisizione Servizi Neuroradiologia - preparazione del paziente all'anestesia	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				
2170 Acquisizione Servizi Neuroradiologia - esami sul liquor	SI	si	no	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/>				

2171 Acquisizione Servizi Neuroradiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Servizio di Anatomia patologica - Le procedure prevedono l'utilizzo del servizio di anatomia patologica almeno nel caso di: - esami istologici su prelievo bioptico	<input type="checkbox"/>				
2172 Acquisizione Servizi Neuroradiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Servizio di Anestesia - rianimazione - Le procedure prevedono l'acquisizione, la disponibilità, le modalità di utilizzo del servizio di anestesia e rianimazione in modo che siano garantite le attività ordinarie e in urgenza in relazione alle diverse attività diagnostiche o interventistiche	<input type="checkbox"/>				
2173 Clinical Competence Neuroradiologia	SI	si	no	NO	N.A.
CLINICAL COMPETENCE E FORMAZIONE - Requisito minimo di attività. Il centro di neuroradiologia che pratica attività interventistico - terapeutica realizza almeno 50 prestazioni all'anno  Per una struttura che inizi l'attività interventistico – terapeutica è ammissibile, nei due anni iniziali, il raggiungimento del solo 50% del requisito richiesto se è in grado di dimostrare lo svolgimento di un programma di aggiornamento e preparazione specifica presso centri qualificati italiani o esteri	<input type="checkbox"/>				
2174 Clinical Competence Neuroradiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Attività diagnostica - Un operatore che lavori in autonomia ha effettuato e refertato in maniera documentata almeno 1500 esami non invasivi nei distretti cranio - encefalico, collo, vertebro - midollare, con varie procedure diagnostiche (TC, RM e Radiologia convenzionale), identificati e contati secondo il nomenclatore tariffario	<input type="checkbox"/>				
2175 Clinical Competence Neuroradiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Il mantenimento della clinical competence dopo 5 anni di attività neuroradiologica continuativa comporta l'esecuzione di almeno 500 esami l'anno	<input type="checkbox"/>				
2176 Clinical Competence Neuroradiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Attività diagnostica invasiva - Chi opera in questo settore in autonomia ha effettuato e refertato in maniera documentata nei due anni precedenti almeno 100 procedure, di cui almeno 50 in qualità di primo operatore	<input type="checkbox"/>				
2177 Clinical Competence Neuroradiologia	SI	si	no	NO	N.A.
Il mantenimento della clinical competence dopo 5 anni di attività neuroradiologica invasiva continuativa comporta l'esecuzione di almeno 50 procedure l'anno in qualità di primo o secondo operatore	<input type="checkbox"/>				
2178 Attività di neuroradiol.interventist.-terapeutica	SI	si	no	NO	N.A.
L'operatore che pratica in autonomia attività interventistico – terapeutica ha effettuato in maniera documentata nei due anni precedenti almeno 50 procedure, di cui almeno 25 in qualità di primo operatore	<input type="checkbox"/>				
2179 Attività di neuroradiol.interventist.-terapeutica	SI	si	no	NO	N.A.
Il mantenimento della clinical competence dopo 5 anni di attività neuroradiologica interventistico – terapeutica continuativa comporta l'esecuzione di almeno 20 procedure l'anno in qualità di primo o secondo operatore	<input type="checkbox"/>				

<p>2180 Clinical Competence Neuroradiologia</p> <p>Per i Responsabili di strutture organizzative complesse e i Responsabili di strutture organizzative semplici è prevista una formazione per l'acquisizione di competenze di tipo manageriale</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2181 Qualificazione Percorsi Neuroradiologia</p> <p>QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI DIAGNOSTICO - TERAPEUTICI E ASSISTENZIALI - La struttura neuroradiologica valuta le richieste di prestazione e definisce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la appropriatezza della richiesta stessa,</li> <li>- i tempi di esecuzione delle prestazioni</li> <li>- eventuali indagini alternative più efficaci sia sotto l'aspetto del rapporto costo-beneficio che del rapporto rischio-beneficio anche a fini dosimetrici</li> </ul> <p>secondo il D.Lgs 187 del 26/5/2000 (attuazione della direttiva 97/43 Euratom).</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2182 Qualificazione Percorsi Neuroradiologia</p> <p>Nella valutazione delle indicazioni e quindi nella successiva scelta del percorso diagnostico-terapeutico più appropriato per efficacia ed efficienza e sicurezza lo specialista si attiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle norme di buona pratica clinica</li> <li>- alle raccomandazioni delle Società Scientifiche</li> <li>- ai documenti emanati dal Ministero della Sanità e/o dalla Regione</li> <li>- al manuale di traduzione del documento dell'Unione Europea</li> </ul> <p>(linee guida, protocolli operativi) edi circolare n.11 del 21.6.2002 adiation Protection n.118</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2183 Qualificazione Percorsi Neuroradiologia</p> <p>Su base annuale è rilevata la percentuale di RM e TAC richieste appropriatamente</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2184 Qualificazione Percorsi Neuroradiologia</p> <p>Ogni centro che pratica neuroradiologia prevede momenti di discussione sui singoli casi critici con i colleghi inviati</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2185 Qualificazione Percorsi Neuroradiologia</p> <p>Almeno una volta l'anno l'attività complessiva della neuroradiologia è sottoposta a verifica (audit professionale), formalmente documentata</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2186 Qualificazione Percorsi Neuroradiologia</p> <p>E' valutato il numero e la percentuale di negatività rispetto alle procedure diagnostiche praticate ( RM, TAC, Angiografia)</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2187 Qualificazione Percorsi Neuroradiologia</p> <p>E' effettuato un riscontro clinico - istologico rispetto alle diagnosi effettuate per le lesioni asportabili o per cui è effettuata biopsia</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2188 Qualificazione Percorsi Neuroradiologia</p> <p>Le Unità Operative tengono un registro che riporta puntualmente gli eventi avversi e le complicanze che si verificano per effetto delle procedure effettuate, nonché i dati anagrafici dei pazienti interessati e il numero della scheda nosologica loro assegnata</p> <p>Sono considerati eventi avversi almeno le reazioni generali a farmaci e mezzi di contrasto; sono considerate complicanze gli aggravamenti o le lesioni legate alle procedure che si verificano durante il ricovero</p>	<p>SI si no NO N.A.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

2189 Qualificazione Percorsi Neuroradiologia

E' predisposta una procedura in collaborazione con i reparti di degenza e rianimazione per garantire l'assistenza al paziente preliminare e successiva ai trattamenti neuroradiologici

SI   si   no   NO   N.A.