

Regione Emilia-Romagna - Requisiti specifici Accreditemento D.G.R. 327/04

Struttura: Poliambulatori - Discipline separate (Str. Sanitarie)

Data Inizio:

Indirizzo: estrazione per disciplina

26/06/2018

Disciplina: Poliambulatori / Ambulatori 04
(Dermatologia)

Data Fine:

26/06/2018

Firma Responsabile Struttura _____

Firma Team Leader _____

Note del Valutatore

16086 Ambulatorio dermatologico	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici: - E' presente la Lampada (fonte luminosa o lampada da visita ambulatoriale)	<input type="checkbox"/>				
16087 Ambulatorio dermatologico	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici: - E' presente la Lente	<input type="checkbox"/>				
16088 Ambulatorio dermatologico	SI	si	no	NO	N.A.
Requisiti tecnologici - E' presente il Dermatoscopio	<input type="checkbox"/>				
16089 Ambulatorio dermatologico	SI	si	no	NO	N.A.
Per svolgere attività chirurgica mininvasiva è disponibile: - il Diatermocoagulatore	<input type="checkbox"/>				
16090 Ambulatorio dermatologico	SI	si	no	NO	N.A.
Per svolgere attività chirurgica mininvasiva sono disponibili: - i Ferri chirurgici	<input type="checkbox"/>				
16091 Ambulatorio dermatologico	SI	si	no	NO	N.A.
Per svolgere attività chirurgica mininvasiva è disponibile: - la Sterilizzatrice (anche in comune)	<input type="checkbox"/>				
16092 Ambulatorio dermatologico	SI	si	no	NO	N.A.
Per svolgere attività chirurgica mininvasiva è disponibile: - la Lavafferri (anche in comune)	<input type="checkbox"/>				
16093 Ambulatorio dermatologico	SI	si	no	NO	N.A.
E' disponibile: - il Carrello emergenze (anche in comune)	<input type="checkbox"/>				
16094 Ambulatorio dermatologico	SI	si	no	NO	N.A.
Per svolgere attività di crioterapia è presente: - il Protossido d'azoto o azoto liquido	<input type="checkbox"/>				