

REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE

PUNTO NASCITA –BLOCCO PARTO IN STRUTTURE DI RICOVERO – BPAU (DGR 327/2004)

1. Requisiti strutturali	BPAU 1	Devono essere posseduti i requisiti già indicati per la degenza	
	BPAU 1.1	Oltre ai requisiti specifici già individuati per la degenza, sono aggiunti i seguenti: - le camere devono avere non più di due letti, e devono essere dotate delle relative culle, in modo da consentire la permanenza del neonato accanto alla madre per tutta la durata della degenza	
	BPAU 1.2	L'area di assistenza neonatale: - deve essere in continuità con l'area di degenza di ostetricia	
	BPAU 1.3	- il numero di culle deve essere rapportato al volume dell'attività svolta	
	BPAU 1.4	- deve essere prevista almeno una incubatrice	
	BPAU 1.5	Il blocco parto può essere organizzato secondo due diverse modalità: - un unico locale per travaglio/parto - sala travaglio e sala parto in spazi separati tra di loro, ma collegati funzionalmente	In entrambi i casi la sala parto e la sala travaglio/parto devono essere funzionalmente collegate con la sala operatoria per parti operativi urgenti e programmati
	BPAU 1.6	Il blocco parto è composto almeno da: - locali travaglio/parto/osservazione post partum, in numero commisurato ai volumi di attività svolta (organizzazione tipo a), sopra richiamata)	La sala travaglio/parto deve consentire l'effettuazione delle manovre ostetriche in emergenza, nonché analgesia peridurale
	BPAU 1.7	- sala parto (organizzazione tipo b), sopra	

	richiamata	
BPAU 1.8	- sala operatoria: presente nel blocco parto o collegata funzionalmente con lo stesso	La sala operatoria ostetrica, se presente nel blocco parto, deve rispondere ai requisiti strutturali e tecnologici previsti per il blocco operatorio
BPAU 1.9	- isola neonatale, comunicante con la sala parto/sala operatoria	
BPAU 1.10	Devono inoltre esistere i seguenti locali/spazi: - locale/spazio deposito materiale pulito	
BPAU 1.11	- locale/spazio o armadio per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni, a seconda della quantità	
BPAU 1.12	- locale deposito materiale sporco	
BPAU 1.13	- locale lavoro personale	
BPAU 1.14	- servizi igienici partorienti, collegati alle sale travaglio/parto	
BPAU 1.15	- servizio igienico per il personale	
BPAU 1.16	- zona attesa per i parenti	
2. Requisiti impiantistici	BPAU 2	Devono essere presenti sia nella sala parto sia nelle sale travaglio/parto: impianto di condizionamento tale da garantire le seguenti condizioni termoigrometriche: - idonea temperatura invernale e estiva
	BPAU 2.1	- umidità relativa estiva e invernale 40-60%
	BPAU 2.2	- n° dei ricambi aria/ora adeguati
	BPAU 2.3	Impianto gas medicale dotato di sistema di allarme segnalazione esaurimento gas medicali
3. Requisiti tecnologici	BPAU 3	Lampada scialitica
	BPAU 3.1	Cardiotocografo
	BPAU 3.2	Strumentazione ostetrica adeguata
	BPAU 3.3	Aspiratore

	BPAU 3.4	Letto tecnico	
	BPAU 3.5	Per l'assistenza al neonato occorre: - lettino riscaldante	
	BPAU 3.6	- erogatore di O ₂	
	BPAU 3.7	- aspiratore	
	BPAU 3.8	- apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali	
	BPAU 3.9	- attrezzatura per garantire la rianimazione neonatale e materna	
4. Requisiti organizzativi	BPAU 4	La dotazione organica del personale medico e infermieristico deve essere rapportata al volume dei parti	
	BPAU 4.1	All'interno del presidio ove è collocato il punto nascita deve essere garantita la presenza/pronta disponibilità nelle 24 ore: - di 1 medico ostetrico	
	BPAU 4.2	- di 1 ostetrica	
	BPAU 4.3	- di 1 anestesista	
	BPAU 4.4	Devono esistere collegamenti funzionali tra la struttura ostetrica e quelle dedicate all'assistenza neonatale	
	BPAU 4.5	Deve essere organizzato il trasporto protetto del neonato	