

Allegato 1.

Registro dei pericoli (rev. 2)

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
Pericoli tecnologici	Avaria o errato utilizzo di dispositivo	Avaria o errato utilizzo di dispositivo medico	Avaria di dispositivo medico	Avaria di Dispositivo medico attivo elettrico	Avaria di Dispositivo medico attivo elettrico, invasivo	X	X		X	9: Medical Device / Equipment / Property 9.02.02: Lack of availability 9.02.05: Failure / Malfunction	Vedi Studio Dispositivi medici - Allocazione 1
					Avaria di Dispositivo medico attivo elettrico, non invasivo	X	X		X		Vedi Studio Dispositivi medici - Allocazione 2
				Avaria di Dispositivo medico attivo non elettrico	Avaria di Dispositivo medico attivo non elettrico, invasivo	X	X		X		Vedi Studio Dispositivi medici - Allocazione 3
					Avaria di Dispositivo medico attivo non elettrico, non invasivo	X	X		X		Vedi Studio Dispositivi medici - Allocazione 4
				Avaria di Dispositivo medico Non Attivo	Avaria di Dispositivo medico non attivo, invasivo	X	X		X		Vedi Studio Dispositivi medici - Allocazione 5
					Avaria di Dispositivo medico non attivo, non invasivo	X	X		X		Vedi Studio Dispositivi medici - Allocazione 6
			Errato utilizzo del Dispositivo medico	Errore dell'operatore nell'utilizzo del Dispositivo medico	-	X	X		X	9: Medical Device / Equipment / Property 9.02.07: User error	
				Utilizzo di un dispositivo medico errato da parte dell'operatore	-	X	X		X	9: Medical Device / Equipment / Property 9.02.03: Inappropriate for task	
			Utilizzo di dispositivo medico con parti in movimento	-	-	X	X			11: Patient Accidents 11.01: Blunt force 11.01.03: Crushing 11.01.04: Abrading / ribbing	Vedi Studio Dispositivi medici - Allocazione 7
		Avaria o errato utilizzo di dispositivo non medico	Avaria o inadeguato/errato utilizzo di strumento non medico	Avaria o inadeguato/errato utilizzo di strumento non medico meccanico	-		X		X	12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.02: Damage / Faulty / worm	Strumenti - es. Sega

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Avaria o inadeguato/errato utilizzo di strumento non medico elettrico	-		X		X		
			Avaria o inadeguato/errato utilizzo di attrezzatura non medica	-	-	X	X	X	X		Attrezzature - es. Ponteggio
			Avaria di apparecchiatura non medica	-	-		X		X		Apparecchiature - es. Muletto
	Avaria di Impianto tecnologico	Avaria di Impianto tecnologico "speciale"	Avaria di Impianto di Distribuzione, stoccaggio, trattamento / evacuazione di liquidi "speciali"	Avaria di impianto di produzione e distribuzione di liquidi "speciali"	-	X	X	X	X	12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.02: Damage / Faulty / worm	Vedi Studio Impianti 53) Impianti di distribuzione per acqua sanitaria e per il riscaldamento 59) Impianti di addolcimento e demineralizzazione acqua centralizzata 59A) Impianti per dialisi
				Avaria di impianti di stoccaggio di liquidi "speciali"	-			X	X	-	Vedi Studio Impianti 511) Impianti di raccolta e stoccaggio (vasche di raccolta e stoccaggio)
				Avaria di impianti di evacuazione di liquidi speciali	-			X	X	-	Vedi Studio Impianti 52) Impianti di sollevamento acque reflue 55) Impianti di trattamento e di scarico sino al recapito fognario 510) Impianti di disinfezione liquami malattie infettive
			Avaria di impianto di distribuzione, stoccaggio, trattamento / evacuazione di Gas "speciali"	Avaria di impianto di produzione e distribuzione di gas "speciali"	-	X	X	X	X	12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.02: Damage / Faulty / worm	Vedi Studio Impianti 41) Centrali per la produzione del vuoto e sistemi di distribuzione 43) Compressori e sistemi di distribuzione 65) Reti e impianti per la distribuzione dei fluidi (fluidi speciali - gas tecnici e medicali)
				Avaria di impianto di stoccaggio di gas "speciali"	-			X	X	-	Vedi Studio Impianti 44) Sistemi di stoccaggio per gas tecnici e di laboratorio
				Avaria di impianto di filtraggio/ evacuazione gas	-			X	X	-	Vedi Studio Impianti 42) Centrali per lo stoccaggio dei gas medicinali e sistemi di distribuzione

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
		Avaria di impianto tecnologico "tradizionale"	Avaria di impianto di distribuzione di energia	Avaria di impianto forza elettromotrice	-	X	X	X	X	12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.02: Damage / Faulty / worm	Vedi Studio Impianti 31) Punto di consegna dell'ente erogatore 32) Cabine di Media tensione e linee MT 33) Cabine di trasformazione MT/BT 34) Linee di distribuzione principale (fino ai quadri di derivazione) 38) Impiantistica elettrica di distribuzione (dai quadri agli utilizzatori) 310) Impiantistica fissa
				Avaria di impianto luce	-	X	X	X	X		Vedi Studio Impianti 16) Illuminazione pubblica 39) Apparecchi di illuminazione e travi testaletto
				Avaria di impianto di alimentazione elettrica di emergenza	-	X	X	X	X		Vedi Studio Impianti 35) Impianti per l'erogazione elettrica di emergenza 36) Gruppi elettrogeni
				Avaria di impianto per l'alimentazione elettrica in condizioni di continuità	-	X	X		X		Vedi Studio Impianti 37) Gruppi di continuità (per impianti e attrezzature), batterie
				Avaria di dispositivi di sicurezza / protezione di impianto elettrico	-	X	X	X	X		Vedi Studio Impianti 210) Sistemi di messa a terra 29) Sistemi di protezione per scariche atmosferiche
			Avaria di impianto di distribuzione, stoccaggio, trattamento / evacuazione di fluidi	Avaria di impianto di distribuzione di liquidi	Avaria di impianto di distribuzione di acqua potabile	X	X		X	12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.02: Damage / Faulty / worm	Vedi Studio Impianti 54) Apparecchi idrosanitari ed accessori 56) Impianti di trattamento acque di alimentazione
					Avaria di impianto di stoccaggio di Acqua potabile	X	X	X	X		Vedi Studio Impianti 51) Pozzi irrigui e ad uso civile
					Avaria di impianto di smaltimento acque reflue			X	X	-	Vedi Studio Impianti 14) Sistemi fognari bianchi (caditoie, pozzetti, lavaggio idrodinamico), 15) Sistemi fognari misti e neri (fosse biologiche)

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Avaria di impianto di distribuzione di gas	Avaria di impianto di distribuzione di gas (metano)	X	X		X	12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.02: Damage / Faulty / worm	Vedi Studio Impianti 7) Rete metano per Cucina Centralizzata
			Avaria di impianto di "adattamento ambientale"	Avaria di impianto di riscaldamento	-	X	X	X	X	11: Patient Accidents 11.04: Thermal mechanism 11.04.01: Excessive Heat/Fire 11.04.02: Excessive Cooling / Freezing 12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.02: Damage / Faulty / worm	Vedi Studio Impianti 61) Centrali termiche e componentistica 69) Apparecchi terminali di riscaldamento 66) Sottocentrali termiche 63) Reti e impianti per la distribuzione dei fluidi di climatizzazione (vapore, acqua calda)
				Avaria di impianto di condizionamento	-	X	X	X	X		Vedi Studio Impianti 64) Reti e impianti per la distribuzione dei fluidi di climatizzazione (acqua refrigerata) 611) Condizionatori (da finestra, split-system, motocondensanti, ecc) 610) Apparecchi terminali di climatizzazione
				Avaria di impianto frigorifero	-				X	-	Vedi Studio Impianti 62) Centrali frigorifere e componentistica 67) Sottocentrali frigorifere
		Avaria di impianto di connessione verticale	Avaria di ascensori/ monta-lettighe	-	-	X	X	X	X	11: Patient Accidents 11.07: Other specified Mechanism of Injury 11.07.04: Exposure to Low Gravity	Vedi Studio Impianti 211) Impianti elevatori (ascensori, montalettighe)
		Avaria di impianto di emergenza (safety)	Avaria di impianto antincendio	Avaria di impianto di rilevazione incendi	-	X	X	X	X	12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.02: Damage / Faulty / worm	Vedi Studio Impianti 312) Impianti antincendio (rilevazione, estinzione, ecc)
				Avaria di impianto fisso di spegnimento incendi	-	X	X	X	X		Vedi Studio Impianti 312) Impianti antincendio (rilevazione, estinzione, ecc) N57) Impianti idrici antincendio ed idranti
				Avaria di dispositivi portatili di spegnimento incendi	-	X	X	X	X		Vedi Studio Impianti N58) Estintori mobili
			Avaria di impianti di ventilazione di emergenza	-	-	X	X	X	X		-

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
		Avaria di impianto di emergenza (security)	-	-	-	X	X	X	X		Vedi Studio Impianti 316) Impianti controllo accessi e antintrusione 12) Impianti di Sistemi di controllo accessi 317) Videosorveglianza ed impianti TV cc
	Avaria di mezzo di trasporto	Avaria di mezzo di trasporto intra-ospedaliero	-	-	-	X	X		X	12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.02: Damage / Faulty / worm	Vedi Studio Impianti 91) Ambulanza, 92) Mezzi di trasporto operatore/materiali specifici (rifiuti, campioni ecc)
		Avaria di mezzo di trasporto extra-ospedaliero	-	-	-	X	X		X		Vedi Studio Impianti 91) Ambulanza, 93) Macchine aziendali, 94) Mezzi di fornitura in entrata, 95) Mezzi di trasporto rifiuti in uscita
	Avaria / errato utilizzo del Sistema informativo	Avaria del sistema informatico	-	-	-	X	X	X	X	12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.02: Damage / Faulty / worm	Vedi Studio Impianti 612) Sistemi di controllo e di gestione degli impianti, 81) Server e supporti di memorizzazione, 82) Apparat di rete, 83) Postazione operatore
		Vulnerabilità del sistema informativo	Inadeguata procedura di autenticazione da postazione operatore	-	-	X	X	X	X		
			Vulnerabilità da accessi illegali e vulnerabilità della rete	-	-	X	X	X	X		
			Inadeguata procedura di gestione di dati sensibili	-	-	X	X	X	X		
			Inadeguata procedura di protezione antivirus	-	-	X	X	X	X		
			Instabilità del sistema operativo / dei software applicativi utilizzati	-	-	X	X	X	X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
	Avaria del sistema di comunicazione	Avaria del sistema di comunicazione interna	-	-	-	X	X	X	X	12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.02: Damage / Faulty / worm	Vedi Studio Impianti 311) Impianti di chiamata infermieri, impianti citofonici 3,13) Impianti di comunicazione - centrale telefonica 3,14) Impianti di comunicazione - postazione telefonica 3,15) Impianti di comunicazione - altri sistemi (cercapersone, radio, ecc)
		Avaria del sistema di comunicazione esterna	-	-	-	X	X	X	X		Vedi Studio Impianti 313) Impianti di comunicazione - centrale telefonica 314) Impianti di comunicazione - postazione telefonica
	Azioni di appropriazione indebita / manomissione	Appropriazione indebita / manomissione di dispositivo	-	-	-	X	X		X	12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.02: Damage / Faulty / worm	
		Manomissione di impianto tecnologico	-	-	-	X	X		X		
		Appropriazione indebita / manomissione di mezzo di trasporto	-	-	-	X	X		X		
		Appropriazione indebita / manomissione degli apparati del sistema informatico	-	-	-	X	X	X	X		
		Appropriazione indebita / manomissione degli apparati del sistema di comunicazione	-	-	-	X	X	X	X		
Pericoli ambientali	Inadeguatezza delle condizioni ambientali	Inadeguatezza degli ambienti di cura / posti di lavoro	Spazio di lavoro non idoneo / non ergonomico	-	-	X	X			12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.01: Non-Existent / Inadequate	
			Utilizzo non conforme di locali	-	-	X	X	X			
			Pavimentazione pericolosa	Pavimentazione con soluzione di continuità	-	X	X	X		11: Patient Accidents 11.09: Falls	
				Pavimentazione scivolosa	-	X	X	X			
			Presenza di ostacoli	Presenza di ostacoli fissi	-	X	X	X		11: Patient Accidents 11.01: Blunt force 11.01.01: Contact with Object or Animal	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Presenza di ostacoli mobili	-	X	X	X			
				Presenza di parti taglienti/pungenti	-	X	X	X		11: Patient Accidents 11.02: Piercing / penetrating force	
				Presenza di organi in movimento	-	X	X	X		11: Patient Accidents 11.01: Blunt force 11.01.03: Crushing 11.01.04: Abrading / ribbing 11.03: Other mechanical force 11.03.02: Contact with Machinery	
			Presenza di elementi di confort alberghiero (letto / culla / sedia / servizi igienici)	-	-	X				11: Patient Accidents 11.09: Falls 11.09.01.02: Slip 11.09.01.03: Collapse 11.09.02.01: Cot 11.09.02.02: Bed 11.09.02.03: Chair 11.09.02.05: Toilet	
			Presenza di scale / passaggi angusti	-	-	X	X	X		11: Patient Accidents 11.09: Falls 11.09.01.01: Trip / Stumble 11.09.02.07: Stairs / Steps	
			Affollamento degli ambienti di cura (tra operatori sanitari e pazienti, visitatori)	-	-	X	X	X		11: Patient Accidents 11.01: Blunt force 11.01.02: Contact with person	
			Esposizione (diretta / indiretta) ad agenti climatici , anche estremi	-	-	X	X	X		11: Patient Accidents 11.08: Exposure to (effect of) weather, Natural Disaster or other Force of Nature	
			Inadeguato microclima	Inadeguata temperatura ambientale	-	X	X	X	X	11: Patient Accidents 11.04: Thermal mechanism 11.04.01: Excessive Heat/Fire 11.04.02: Excessive Cooling / Freezing	
				Inadeguata umidità ambientale	-	X	X	X	X		
				Inadeguata Ventilazione	Inadeguata ventilazione per presenza di correnti d'aria	X	X	X	X		
					Ricambio d'aria inadeguato	X	X	X	X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Inadeguata illuminazione	Inadeguata illuminazione generale dell'ambiente	Eccessivo/ insufficiente livello di illuminamento	X	X		X	12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.02: Damage / Faulty / worm	
					Inadeguata sorgente luminosa (qualità, intensità, distribuzione)	X	X		X		
				Inadeguata illuminazione del posto di lavoro	Eccessivo/ insufficiente livello di illuminamento	X	X		X		
					Inadeguata sorgente luminosa (qualità, intensità, distribuzione)	X	X		X		
					Inadeguato contrasto di luminosità tra il piano di lavoro e l'ambiente circostante (resa cromatica)	X	X		X		
				Inadeguata illuminazione di sicurezza	-	X	X	X	X		
		Inadeguate condizioni igienico-sanitarie	Inadeguate condizioni igienico-sanitarie dell'ambiente	Mancata / errata procedura di pulizia dell'ambiente	-	X	X	X	X	4: Healthcare Associated Infection	
				Mancata / errata procedura di sanificazione dell'ambiente	-	X	X	X	X		
				Mancata / errata procedura di sanitizzazione dell'ambiente	-	X	X	X	X		
				Errato utilizzo di prodotti di pulizia/ sanificazione/ sanitizzazione sulle superfici ambientali	-				X	-	ESEMPIO: Pavimento in PVC danneggiato per utilizzo di prodotti deceranti contenenti basi forti Ossidazione delle superfici in acciaio per utilizzo di cloroderivati
			Inadeguate condizioni igienico-sanitarie dei dispositivi medici (strumenti chirurgici, dispositivi e materiali)	Mancata / errata procedura di decontaminazione di dispositivi medici	-	X	X		X	4: Healthcare Associated Infection 9: Medical Device / Equipment / Property 9.02.04: Unclean / Unsterile	Vedi Studio Dispositivi medici - Allocazione 8
				Mancata / errata procedura di pulizia di dispositivi medici	-	X	X		X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Inadeguate condizioni igienico-sanitarie per inadeguata disinfezione / sterilizzazione di dispositivi medici	Inadeguate condizioni igienico-sanitarie per mancata / errata procedura di disinfezione/sterilizzazione di dispositivi medici	X	X		X		
					Utilizzo di dispositivi medici monouso in condizioni di non sterilità	X			X		
				Inadeguate condizioni igienico-sanitarie per mancata / errata procedura di risciacquo / desorbimento di dispositivi medici	-	X			X		
			Inadeguate condizioni igienico-sanitarie della teleria	-	-	X			X	4: Healthcare Associated Infection	
			Inadeguate condizioni igienico-sanitarie per mancata adozione di comportamenti preventivi e protettivi da parte dell'equipe (pericolo biologico/sostanze pericolose/ agenti fisici)	Mancanza di dispositivi di protezione individuale	-	X	X	X	X	4: Healthcare Associated Infection 13: Resource / Organizational Management 13.03: Human resource // Staff Availability / Adequacy	
				Mancata pianificazione dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale	-	X	X	X	X		
				Non applicazione / utilizzo di dispositivi di protezione individuale	-	X	X	X	X		
				Errato utilizzo di dispositivi di protezione individuale	-	X	X	X	X		
		Presenza di animali (domestici e non)	Infestazione da parte di animali o di loro parassiti	-	-	X	X	X	X	4: Healthcare Associated Infection	ESEMPLI: Infestazioni da pulci nei vani tecnologici; infestazione da pulci degli operatori addetti alle manutenzioni; punture di zanzara su pazienti/operatori/visitatori; aggressione o scalci di animale

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Sviluppo di zoonosi	-	-	X	X	X	X		ESEMPI: Infezione da Clamidia, da virus West Nile, Chikungunya, Usutu
			Inadeguata gestione degli interventi di disinfestazione	-	-	X	X	X	X		
			Imbrattamento	-	-				X	-	ESEMPI: Imbrattamento da guano o da somministrazione incontrollata di cibo
			Contatto tra uomo (paziente / operatore) e animale	Urto con animale	-	X	X	X	X	11: Patient Accidents 11.01: Blunt force 11.01.01: Contact with Object or Animal	
				Morso / puntura da animale	-	X	X	X	X	11: Patient Accidents 11.02: Piercing / penetrating force	
			Inadeguata gestione dei rifiuti speciali a rischio infettivo (animali da esperimento)	Inadeguata raccolta dei rifiuti speciali a rischio infettivo (animali da esperimento)	-	X	X	X	X	4: Healthcare Associated Infection	ESEMPI: Errata classificazione, errata segregazione, responsabilità penale-amministrativa
				Inadeguata movimentazione interna dei rifiuti speciali a rischio infettivo (animali da esperimento)	-	X	X	X	X		
				Inadeguato stoccaggio in deposito temporaneo dei rifiuti speciali a rischio infettivo (animali da esperimento)	-		X	X	X	-	ESEMPI: Errata sede, non rispetto dei tempi, responsabilità penale-amministrativa
				Inadeguata movimentazione esterna - smaltimento dei rifiuti speciali a rischio infettivo (animali da esperimento)	-			X	X	-	
				Inadeguata registrazione (tracciabilità) dei rifiuti speciali a rischio infettivo (animali da esperimento)	-				X	-	ESEMPI: FIR, registro carico e scarico, MUD, SISTRI, responsabilità penale-amministrativa

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
	Presenza di sorgente di agenti fisici	Presenza di sorgente di rumore	Presenza di apparecchiatura sorgente di Rumore	-	-	X	X			11: Patient Accidents 11.07: Other specified Mechanism of Injury 11.07.02: Exposure to Sound / Vibration	Vedi Studio Impianti 36) Gruppi elettrogeni, 43) Compressori e sistemi di distribuzione, 66) Sottocentrali termiche, 67) Sottocentrali frigorifere, 68) Unità di trattamento aria Vedi Studio Dispositivi medici - Allocazione 9
			Presenza di traffico veicolare , sorgente di Rumore	Presenza di traffico veicolare interno , sorgente di rumore	-	X	X				
				Presenza di traffico veicolare esterno , sorgente di Rumore	-	X	X				
			Presenza di cantieri , sorgente di Rumore	Presenza di cantieri interni , sorgente di rumore	-	X	X				
				Presenza di cantieri esterni , sorgente di rumore	-	X	X				
			Presenza di sorgente di ultrasuoni	-	-	X	X				Ultrasuoni-Onda sonora con frequenza superiore alla soglia di udibilità ESEMPI: apparato per Ecografia
			Presenza di sorgente di infrasuoni	-	-	X	X				Infrasuoni - Onda sonora con frequenza inferiore alla soglia di udibilità ESEMPI: motore diesel di gruppo elettrogeno
		Presenza di sorgente di vibrazioni	Presenza di sorgente di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio	-	-	X	X				
			Presenza di sorgente di vibrazioni trasmesse al corpo intero	-	-	X	X				
		Presenza di aria in pressione	-	-	-	X	X			11: Patient Accidents 11.07: Other specified Mechanism of Injury 11.07.01: Exposure to Air pressure	
		Inadeguato utilizzo di fiamme libere	-	-	-	X	X	X		11: Patient Accidents 11.04: Thermal mechanism 11.04.01: Excessive Heat/Fire	ESEMPI: utilizzo di fiamme libere in laboratorio microbiologia, attività tecniche di manutenzione, cucina, flambaggio rubinetto per prelievo acqua per analisi di qualità
		Presenza di sorgente di vapore saturo umido	-	-	-	X	X				

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
		Presenza di sorgente di radiazioni non ionizzanti	Presenza di cariche elettrostatiche	-	-	X	X			11: Patient Accidents 11.07: Other specified Mechanism of Injury 11.07.01: Exposure to Electricity / Radiation	Vedi Studio Dispositivi medici - Allocazione 10
			Presenza di sorgente di campi magnetici statici	Presenza di sorgente di campi magnetici statici	-	X	X				
				Presenza di sorgente di campi magnetici variabili	-	X	X				
			Presenza di sorgente di microonde	-	-	X	X				
			Presenza di sorgente di radiofrequenze	-	-	X	X				
			Presenza di sorgente di radiazioni ottiche coerente / non coerente	Presenza di sorgente di radiazioni ultraviolette	-	X	X				
				Presenza di sorgente di radiazioni visibili	-	X	X				
				Presenza di sorgente di radiazioni infrarosse	-	X	X				
		Presenza di sorgente di radiazioni ionizzanti	Inadeguato utilizzo/manipolazione di sorgente di radiazioni ionizzanti	Inadeguato utilizzo di dispositivi medici , sorgente di radiazioni ionizzanti	-	X	X			11: Patient Accidents 11.07: Other specified Mechanism of Injury 11.07.01: Exposure to Electricity / Radiation	Sorgenti di radiazioni ionizzanti: sorgenti radioattive e macchine radiogene Vedi Studio Dispositivi medici - Allocazione 11
				Inadeguato utilizzo di sorgente sigillate di radiazioni ionizzanti	-	X	X				Sorgenti "sigillate": chiuse in apposito contenitore; comportano un rischio di esposizione esterna
				Inadeguato utilizzo/manipolazione di sorgente non sigillate di radiazioni ionizzanti	-	X	X				Sorgenti "non sigillate": manipolabili (es. liquide); comportano anche un rischio di contaminazione
			Inadeguato stoccaggio di sorgenti di radiazioni ionizzanti	-	-		X	X			
			Inadeguata gestione di un paziente dopo l'immissione di soluzione radioattiva	-	-	X	X	X			

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Inadeguata gestione di rifiuti speciali (sorgenti di radiazioni ionizzanti)	Inadeguata raccolta per mancata differenziazione di rifiuti radioattivi (rispetto alle diverse tipologie di rifiuti speciali, in funzione del tempo di dimezzamento)	-	X	X	X	X	11: Patient Accidents 11.07: Other specified Mechanism of Injury 11.07.01: Exposure to Electricity / Radiation	
				Inadeguato stoccaggio di rifiuti speciali (sorgenti di radiazioni ionizzanti)	-		X	X	X	-	
				Inadeguato smaltimento di rifiuti speciali (sorgenti di radiazioni ionizzanti)	-			X	X	-	
				Inadeguate registrazioni (tracciabilità) dei rifiuti speciali (sorgenti di radiazioni ionizzanti)	-				X	-	
	Presenza di agenti biologici	Esposizione ad agenti biologici a rischio infettivo	Esposizione cutanea ad agente biologico	Esposizione cutanea per inadeguata manipolazione di materiale biologico	-					4: Healthcare Associated Infection	ESEMPI: Contaminazione da agenti biologico a rischio infettivo per assenza/inadeguati dispositivi di protezione (guanti, sovracamice impermeabile)
				Esposizione cutanea per contatto accidentale con materiale biologico	-	X	X				ESEMPI: Contaminazione da agenti biologico a rischio infettivo per rottura di guanto durante procedura cruenta
			Esposizione mucosa ad agente biologico	Esposizione mucosa per inadeguata manipolazione di materiale biologico	-	X	X				ESEMPI: Contaminazione mucosa del paziente da inadeguata igiene delle mani
				Esposizione mucosa per contatto accidentale con materiale biologico	-	X	X				ESEMPI: Schizzo nell'occhio, schizzo in bocca (per assenza o mal posizionamento dei dispositivi di protezione individuale)
			Esposizione profonda ad agente biologico	Ingestione di agente biologico	-	X	X				ESEMPI: Tossinfezioni alimentari (distribuzione alimenti contaminati a pazienti, operatori); distribuzione acqua potabile contaminata nella rete ospedaliera
				Inalazione di agente biologico	-	X	X				ESEMPIO: Impianto di condizionamento contaminato con legionella, aspergillo per carente manutenzione filtri

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Contatto accidentale con agente biologico	-	X	X				ESEMPIO: Contaminazione per esposizione non protetta (DPI inappropriati) durante manovre che generano aerosol
			Esposizione percutanea ad agente biologico	Esposizione percutanea per inadeguata manipolazione di tagliente / pungente contaminato da agenti biologici (taglio)	-		X				ESEMPIO: Contaminazione per puntura con ago durante manovra di reincappucciamento
				Esposizione percutanea per puntura / taglio accidentale con dispositivo contaminato da agente biologico	-	X	X				ESEMPIO: Contaminazione per taglio con bisturi gettato nel sacco teleria pluriuso da ricondizionare
				Introduzione di soluzione contaminata	-	X					ESEMPIO: Contaminazione per utilizzo soluzioni pluri-dose contaminate
			Esposizione massiva e/o prolungata o per elevata concentrazione virale	-	-	X	X	X	X		ESEMPIO: Contaminazione per imbrattamento con sangue di grandi superfici corporee (vomito a getto); rottura di centrifuga in laboratorio di microbiologia; contaminazione per ricovero di paziente con TBC polmonare in fase contagiosa non diagnosticata all'ingresso in stanza di degenza a più letti, d'inverno
		Inadeguata gestione dei rifiuti speciali a rischio infettivo (materiale biologico)	Inadeguata raccolta dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (materiale biologico)	-	-	X	X	X	X	4: Healthcare Associated Infection	ESEMPIO: Contaminazione per errata classificazione, errata segregazione, responsabilità penale-amministrativa; puntura accidentale con tagliente non correttamente raccolto nel contenitore rigido per taglienti e pungenti
			Inadeguata movimentazione interna dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (materiale biologico)	-	-	X	X	X	X		Responsabilità penale-amministrativa dell'azienda
			Inadeguato stoccaggio in deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (materiale biologico)	-	-		X	X	X	-	ESEMPIO: errata sede, non rispetto dei tempi, Responsabilità penale-amministrativa dell'azienda

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Inadeguata movimentazione esterna - smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (materiale biologico)	-	-			X	X	-	Responsabilità penale-amministrativa dell'azienda
			Inadeguate registrazioni (tracciabilità) dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (materiale biologico)	-	-				X	-	ESEMPIO: FIR, registro carico e scarico, MUD, SISTRI, responsabilità penale-amministrativa
		Appropriazione indebita di agenti biologici	-	-	-				X	-	ESEMPI: Approvazione indebita con finalità di bio-terrorismo
	Presenza di agenti chimici	Presenza di sostanze pericolose	Presenza di sostanze cancerogene	Ingestione / inalazione di sostanze cancerogene	-	X	X			11: Patient Accidents 11.06: Exposure to Chemical or Other Substance 11.06.01: Poisoning by Chemical or Other substance	
				Contatto accidentale con sostanze cancerogene	-	X	X				
			Presenza di sostanze mutagene	Ingestione / inalazione di sostanze mutagene	-	X	X				
				Contatto accidentale di sostanze mutagene	-	X	X				
			Presenza di sostanze tossico-nocive	Ingestione / inalazione di sostanze tossico-nocive	-	X	X				
				Contatto accidentale di sostanze tossico-nocive	-	X	X				
			Presenza di sostanze corrosive	Ingestione / inalazione di sostanze corrosive	-	X	X				
				Contatto accidentale con sostanze corrosive	-	X	X				
			Presenza di sostanze e materiali infiammabili	-	-	X	X	X	X	11: Patient Accidents 11.04: Thermal mechanism 11.04.01: Excessive Heat/Fire	
			Presenza di sostanze esplosive	-	-	X	X	X	X	11: Patient Accidents 11.03: Other mechanical force 11.03.01: Struck by Explosive Blast	ESEMPI: Idruri, Idrazina, Acido perclorico

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Presenza di atmosfere iperbariche	-	-	X	X	X	X		ESEMPI: Camera iperbarica
			Presenza di agenti criogenici	-	-	X	X			11: Patient Accidents 11.05: Threat to Breathing 11.05.03: Confinement to Oxygen-Deficient Place	
			Presenza di fumi / nebbie	-	-	X	X				ESEMPI: Presenza di torri di evaporazione (contaminazione da Legionella P), caldaie (inquinamento ambientale)
		Appropriazione indebita di sostanze pericolose	-	-	-				X	-	
		Inadeguata gestione dei rifiuti speciali non a rischio infettivo (rifiuti contenenti sostanze cancerogene, mutagene, tossicologiche)	Inadeguata raccolta dei rifiuti speciali pericolosi non a rischio infettivo	-	-	X	X	X	X	11: Patient Accidents 11.06: Exposure to Chemical or Other Substance 11.06.01: Poisoning by Chemical or Other substance 11.06.02: Corrosion by Chemical or Other substance	ESEMPI: Contaminazione per errata classificazione, errata segregazione, responsabilità penale-amministrativa; miscelazione di sostanze a diversa pericolosità, miscelazione di sostanze chimiche con conseguenti reazioni chimiche incontrollate; inquinamento ambientale da rifiuti liquidi
			Inadeguata movimentazione interna dei rifiuti speciali pericolosi non a rischio infettivo	-	-	X	X	X	X		
			Inadeguato stoccaggio in deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi non a rischio infettivo	-	-		X	X	X	-	ESEMPI: Contaminazione per errata sede, non rispetto dei tempi
			Inadeguata movimentazione esterna - smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi non a rischio infettivo	-	-			X	X	-	
			Inadeguate registrazioni (tracciabilità) dei rifiuti speciali pericolosi non a rischio infettivo	-	-				X	-	ESEMPO: FIR, registro carico e scarico, MUD, SISTRI, responsabilità penale-amministrativa

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
	Inadeguatezza dei servizi logistici	Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione dei dispositivi medici	Mancata conformità dispositivi medici alle norme vigenti in tema di rischio elettrico	-	-	X	X	X	X	11: Patient Accidents 11.07: Other specified Mechanism of Injury 11.07.01: Exposure to Electricity / Radiation	
			Inadeguata / mancata manutenzione e revisione periodica dei dispositivi medici	-	-	X	X		X	9: Medical device / Equipment / Property 9.02.06: Dislodgment / Missconnection / Removal	
			Errata installazione di nuovi dispositivi medici	-	-	X	X		X		
			Inadeguato confezionamento dei dispositivi medici (presidi)	-	-	X	X		X	9: Medical device / Equipment / Property 9.0.2.0.1: Poor presentation / Packing:	
			Mancata eliminazione di dispositivi medici (presidi) scaduti	-	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.07: Storage 5.0311: Expired Medicine	
			Mancata, errata informazione, formazione, addestramento del personale sulla manutenzione e utilizzo dei dispositivi medici	-	-	X	X		X	13: Resource / Organizational Management 13.03: Human resource // Staff Availability / Adequacy	
			Inadeguata gestione della documentazione associata i dispositivi medici (inventario / registro degli interventi di manutenzione preventiva e correttiva, ...)	-	-	X			X	13: Resource / Organizational Management 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability /Adequacy	
			Indebita movimentazione di dispositivi medici tra diversi locali della stessa struttura / tra diverse strutture	-	-	X			X	9: Medical device / Equipment / Property 9.02.02: Lack of availability	
			Errata / mancata richiesta di dispositivi medici (presidi) per dotazione ordinaria o richiesta non evasa	-	-	X			X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Inadeguata pianificazione degli approvvigionamenti dei dispositivi medici	-	-	X			X		
			Inadeguate modalità di stoccaggio / conservazione dei dispositivi medici in relazione alle caratteristiche strutturali e impiantistiche del locale		-	X			X		
		Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione degli impianti tecnologici	Mancata conformità degli impianti tecnologici alle norme vigenti in tema di rischio elettrico	-	-	X	X	X	X	11: Patient Accidents 11.07: Other specified Mechanism of Injury 11.07.01: Exposure to Electricity / Radiation	
			Inadeguata / mancata manutenzione e revisione periodica degli impianti tecnologici	-	-	X	X	X	X	12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.02: Damage / Faulty / worm	
			Mancata, errata informazione, formazione, addestramento del personale del personale sulla manutenzione e utilizzo degli impianti tecnologici	-	-	X			X	13: Resource / Organizational Management 13.03: Human resource // Staff Availability / Adequacy	
			Inadeguata gestione della documentazione associata agli Impianti tecnologici	-	-	X			X	13: Resource / Organizational Management 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability / Adequacy	
			Errata installazione di nuovi impianti tecnologici	-	-	X	X	X	X	12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.02: Damage / Faulty / worm	
			Inadeguatezza dei locali e/o degli impianti tecnologici in relazione alle attività cliniche	-	-	X			X	12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.01: Non-Existent / Inadeguate	
		Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione di ossigeno / gas / vapori e dei dispositivi portatili	Mancato / inadeguato approvvigionamento di ossigeno / gas / vapori e dei dispositivi portatili (bombole)	-	-	X			X	8: Oxygen / Gas / Vapour 8.02.05: Supply / Ordering	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Mancata / inadeguata richiesta di ossigeno / gas / vapori e dei dispositivi portatili (bombole) per dotazione ordinaria o richiesta non evasa	-	-	X			X		
			Mancata, incompleta, errata etichettatura delle tubature degli impianti di gas medicali	-	-	X			X	8: Oxygen / Gas / Vapour 8.02.01: Cylinder Labeling / Color coding / PIN Indexing	
			Mancata, incompleta, errata etichettatura di impianti / dispositivi portatili di ossigeno / gas / vapori	-	-	X			X		
			Inadeguata / mancata revisione periodica dei dispositivi portatili (bombole) contenenti gas medicali	-	-	X			X	8: Oxygen / Gas / Vapour 8.02.03: Administration 8.03.07: Failure to Administer	
			Indebita movimentazione dei dispositivi portatili (bombole) contenenti gas medicali	-	-	X	X		X		
			Errata collocazione dei dispositivi portatili (bombole) contenenti gas medicali in relazione alle caratteristiche strutturali e impiantistiche del locale	-	-	X	X	X	X		
			Inadeguata gestione della documentazione associata ai dispositivi portatili (bombole) contenenti gas medicali (inventario / registro degli interventi di revisione, ...)	-	-	X			X	8: Oxygen / Gas / Vapour 8.02.03: Administration 8.03.07: Failure to Administer 13: Resource / Organizational Management 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability / Adequacy	
			Inadeguata conservazione dei dispositivi portatili (bombole) contenenti gas medicali	-	-	X			X	8: Oxygen / Gas / Vapour 8.02.06: Storage 8.03.06: Wrong storage	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
		Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione di farmaci	Mancato / Inadeguato approvvigionamento del farmaco	-	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.06: Supply / Ordering	
			Errata / mancata richiesta del farmaco per dotazione ordinaria o richiesta non evasa	-	-	X			X		
			Inadeguato confezionamento del farmaco	-	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.03: Presentation / Packaging 5.03.04: Wrong formulation or Presentation	
			Inadeguata conservazione del farmaco	Errate condizioni di stoccaggio del farmaco	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.07: Storage 5.03.09: Wrong storage	
				Inadeguato controllo dello stato di conservazione del farmaco	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.08: Monitoring 6.03.09: Wrong storage	
				Inadeguato controllo da appropriazione indebita del farmaco	-				X	-	
				Mancata eliminazione di farmaci scaduti	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.07: Storage 5.02.08: Monitoring 5.0311: Expired Medicine	
			Inadeguata gestione della documentazione inerente la logistica dei farmaci	-	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.05: Administration 13: Resource / Organizational Management 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability / Adequacy	
			Inadeguata gestione dei rifiuti speciali (medicinali che richiedono particolari modalità di smaltimento, farmaci stupefacenti)	Inadeguata raccolta dei rifiuti speciali (medicinali, farmaci stupefacenti)	-	X	X	X	X	5: Medication / IV Fluids 5.02.05: Administration	ESEMPI: Errata classificazione, errata segregazione, responsabilità penale-amministrativa; dispersione nell'ambiente di antibiotici tramite scarico idrico; impatto ambientale da incenerimento)
				Inadeguata movimentazione interna dei rifiuti speciali (medicinali, farmaci stupefacenti)	-	X	X	X	X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Inadeguato stoccaggio in deposito temporaneo dei rifiuti speciali (medicinali, farmaci stupefacenti)	-	X	X	X	X		ESEMPI: Errata sede, non rispetto dei tempi, responsabilità penale-amministrativa
				Inadeguata movimentazione esterna - smaltimento dei rifiuti speciali (medicinali, farmaci stupefacenti)	-			X	X	-	
				Inadeguate registrazioni (tracciabilità) dei rifiuti speciali (medicinali, farmaci stupefacenti)	-				X	-	ESEMPI: FIR, registro carico e scarico, MUD, SISTRI
		Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione delle sacche trasfusionali	Mancato / inadeguato approvvigionamento delle sacche trasfusionali	-	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.09: Supply / Ordering	
			Errata / mancata richiesta delle sacche trasfusionali o richiesta non evasa	-	-	X			X		
			Inadeguato confezionamento delle sacche trasfusionali	-	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.08: Presentation / packaging 6.03.04: Wrong formulation or Presentation	
			Errata/inadeguata conservazione delle sacche trasfusionali	Errate condizioni di stoccaggio delle sacche trasfusionali	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.06: Storage 6.03.09: Wrong storage	
				Inadeguato controllo dello stato di conservazione delle sacche trasfusionali	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.07: Monitoring 6.03.09: Wrong storage	
				Inadeguato controllo da appropriazione indebita delle sacche trasfusionali	-				X	-	
				Mancata eliminazione di sacche trasfusionali scadute	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.06: Storage 6.02.07: Monitoring 6.0311: Expired Blood / Blood product	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Inadeguata gestione della documentazione inerente sacche di sangue / emoderivati	-	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.05: Administration 13: Resource / Organizational Management 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability / Adequacy	
			Inadeguata gestione dei rifiuti speciali (sacche di sangue / emoderivati)	Inadeguata raccolta dei rifiuti speciali (sacche trasfusionali)	-	X	X	X	X	6: Blood / Blood products 6.02.05: Administration	ESEMPI: Errata classificazione, errata segregazione, responsabilità penale-amministrativa; dispersione nell'ambiente di antibiotici tramite scarico idrico; impatto ambientale da incenerimento)
				Inadeguata movimentazione interna dei rifiuti speciali (sacche trasfusionali)	-	X	X	X	X		
				Inadeguato stoccaggio in deposito temporaneo dei rifiuti speciali (sacche trasfusionali)	-	X	X	X	X		
				Inadeguata movimentazione esterna - smaltimento dei rifiuti speciali (sacche trasfusionali)	-			X	X	-	
				Inadeguate registrazioni (tracciabilità) dei rifiuti speciali (sacche trasfusionali)	-				X	-	
		Inadeguatezza dei servizi logistici per le attività diagnostiche	Arrivo di materiale diagnostico non conforme	-	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Unavailable	
			Arrivo di materiale non corrispondente alla bolla	-	-	X			X		
			Arrivo di materiale diagnostico con scadenza non idonea	-	-	X			X		
			Arrivo materiale diagnostico a temperatura non idonea	-	-	X			X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Ritardo ordine / consegna materiale	-	-	X			X		
		Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione degli alimenti	Mancata, inadeguata prescrizione / richiesta degli alimenti	-	-	X			X	7 Nutrition 7.02: Prescribing / Requesting	
			Inadeguata preparazione/ cottura degli alimenti	-	-	X			X	7 Nutrition 7.02.01: Preparation / Manufacturing / Cooking	
			Mancato, inadeguato approvvigionamento degli alimenti	-	-	X			X	7 Nutrition 7.02.02: Supply / Ordering 7.02.03: Presentation	
			Inadeguata conservazione degli alimenti	Errate condizioni di stoccaggio degli alimenti	-	X			X	7 Nutrition 7.02.04: Dispensing / Allocation 7.02.08: Storage 7.03.06: Wrong Storage	
				Inadeguato controllo dello stato di conservazione degli alimenti	-	X			X		
			Inadeguata gestione della documentazione inerente la logistica degli alimenti			X			X	7 Nutrition 7.02.07: Administration	
		Inadeguatezza dei servizi logistici per la movimentazione di cose e persone	Inadeguatezza dei servizi per la movimentazione di cose e persone all'interno della stessa Azienda	Inadeguate modalità (mezzi, personale, procedure) di trasmissione della documentazione sanitaria all'interno della stessa Azienda	-	X			X	13: Resource / Organizational Management 13.02: Bed / Service Available / Adequacy 13.03: Human resource // Staff Availability / Adequacy 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability /Adequacy	ESEMPI: Smarrimento, ritardo nella trasmissione, trasmissione parziale della documentazione sanitaria
				Inadeguate modalità (mezzi, personale, procedure) di movimentazione / trasporto di materiale sanitario (campioni di/per laboratorio, sacche trasfusionali) all'interno della stessa Azienda	-	X	X		X	13: Resource / Organizational Management 13.03: Human resource // Staff Availability / Adequacy 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability /Adequacy	ESEMPI: Smarrimento, ritardo nella trasmissione, deterioramento di materiale sanitario, Contatto accidentale dell'operatore con materiale biologico

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)					Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi		
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Inadeguate modalità (mezzi, personale, procedure) di movimentazione / trasporto di carichi (materiale non sanitario) all'interno della stessa Azienda	-		X		X	-	
				Inadeguate modalità (mezzi, personale, procedure) di movimentazione manuale del paziente all'interno della stessa Azienda	-	X	X		X	13: Resource / Organizational Management 11.03: Human resource // Staff Availability / Adequacy 3.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability / Adequacy 11: Patient Accidents 11.09: Falls 11.09.02.08: Being Carried / Supported	ESEMPI: Danno al paziente per caduta accidentale; danno all'operatore con risentimenti muscolo-articolari ed eventuale sviluppo di patologie croniche con conseguenze inidoneità parziali temporanee o permanenti; cause risarcitorie, perdita di disponibilità della risorsa umana
				Inadeguate modalità (mezzi, personale, procedure) di movimentazione meccanica del paziente all'interno della stessa struttura	-	X	X		X	13: Resource / Organizational Management 13.02: Bed / Service Available / 13.03: Human resource // Staff Availability / Adequacy 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability / Adequacy 11: Patient Accidents 11.09: Falls 11.09.02.08: Being Carried / Supported	
			Inadeguatezza dei servizi logistici per la movimentazione di cose e persone verso l'Azienda, dall'esterno (118, da altra Azienda)	Inadeguate modalità (mezzi, personale, procedure) di trasmissione della documentazione sanitaria verso l'Azienda, dall'esterno	-	X			X	13: Resource / Organizational Management 13.02: Bed / Service Available / Adequacy 13.03: Human resource // Staff Availability / Adequacy 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability / Adequacy	
				Inadeguate modalità (mezzi, personale, procedure) di movimentazione / trasporto di materiale sanitario (campioni di/per laboratorio, sacche trasfusionali,) verso l'Azienda, dall'esterno	-	X	X		X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Inadeguate modalità (mezzi, personale, procedure) di movimentazione / trasporto del paziente verso l'Azienda, dall'esterno	-	X	X		X		
		Inadeguatezza dei servizi per la mobilità dell'operatore	Inadeguatezza dei servizi per la mobilità dell'operatore all'interno della stessa struttura	-	-		X		X	-	
			Inadeguatezza dei servizi per la mobilità dell'operatore tra diverse strutture della stessa azienda	-	-		X		X	-	
			Inadeguatezza dei servizi per la mobilità dell'operatore tra diverse strutture di diverse aziende	-	-		X		X	-	
		Inadeguatezza dei servizi per il cittadino / paziente	Inadeguatezza della segnaletica dei percorsi / punti informativi	-	-	X		X	X	12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.02: Damage / Faulty / worm	
			Inadeguatezza delle modalità di accesso alla struttura	Inadeguate modalità di accesso alla struttura per ricovero ordinario di elezione (programmato)	-	X		X	X		
				Inadeguate modalità di accesso alla struttura per ricovero di urgenza / emergenza		X		X	X		
		Inadeguatezza dei servizi per la gestione delle emergenze (non cliniche)	Inadeguate vie di esodo (in condizioni di emergenza)	-	-	X	X	X	X	12: Infrastructure Building / Fixture 12.02.02: Damage / Faulty / worm	ESEMPI: Ritardo nell'evacuazione (in condizioni di emergenza)
			Inadeguatezza della segnaletica di emergenza	-	-	X	X	X	X		
Pericoli Clinici	Inadeguatezza / inesattezza della procedura di gestione clinica del farmaco	Inadeguatezza / inesattezza della prescrizione della terapia farmacologica	Mancata / ritardata prescrizione della terapia farmacologica	-	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.01: Prescribing 5.031.0: Omitted Medicine or Dose	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Errata prescrizione della terapia farmacologica	Prescrizione della terapia farmacologica a paziente errato	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.01: Prescribing 5.03.01: Wrong Patient	
				Errata scelta del tipo di farmaco	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.01: Prescribing 5.03.02: Wrong Drug	
				Errato determinazione del dosaggio del farmaco	Sovradosaggio	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.01: Prescribing 5.03.06: Wrong quantity	
					Sottodosaggio	X			X		
				Errata scelta della via di somministrazione del farmaco	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.01: Prescribing 5.03.05: Wrong route	
				Errata scelta della durata / dei tempi del trattamento farmacologico	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.01: Prescribing 5.03.03: Wrong Dose / Strength of frequency	
				Mancata valutazione di controindicazione alla terapia farmacologica e effetti di associazione tra farmaci	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.01: Prescribing 5.03.08: Contraindication	
				Errata / inadeguata compilazione della prescrizione della terapia farmacologica	Prescrizione illeggibile (calligrafia, abbreviazioni)	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.01: Prescribing	
					Scheda terapia incompleta (mancanza di anagrafica)	X			X		
				Errata interpretazione / trascrizione della prescrizione	Errata interpretazione / trascrizione della prescrizione cartacea	X			X		
					Errata trascrizione della prescrizione verbale	X			X		
		Inadeguatezza / inesattezza della preparazione della terapia farmacologica	Mancata / ritardata preparazione della terapia farmacologica	-	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.02: Preparation / Dispensing 5.031.0: Omitted Medicine or Dose	
			Errata preparazione della terapia farmacologica	Errata scelta del tipo di farmaco	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.02: Preparation / Dispensing 5.03.02: Wrong Drug	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Errata ricostituzione o diluizione del farmaco	Associazione farmaci/diluente incompatibili	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.02: Preparation / Dispensing 5.03.04: Wrong formulation or Presentation	
					Errata diluizione del farmaco	X			X		
				Contaminazione del farmaco	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.02: Preparation / Dispensing 5.03.02: Wrong Drug	
				Errata preparazione del dosaggio	Sovradosaggio	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.02: Preparation / Dispensing 5.03.06: Wrong quantity	
					Sottodosaggio	X			X		
				Errata identificazione del farmaco	Mancata, incompleta, errata etichettatura dei preparati farmaceutici	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.02: Presentation / Packing 5.03.07: Wrong dispensing Label / Instruction	ESEMPI: Minore efficacia del trattamento farmacologico dovuta ad una errata preparazione del farmaco, Danni al paziente / effetti indesiderati per errata preparazione del farmaco e conseguente somministrazione di un trattamento errato
					Mancata suddivisione dei farmaci in fase di immagazzinamento (es. farmaci "ad alto livello di attenzione" e quelli con aspetto e nome simili)	X			X		
		Inadeguatezza / inesattezza della distribuzione / somministrazione della terapia farmacologica	Mancata / ritardata / errata distribuzione del farmaco, dalla farmacia alla unità operativa	-	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.04: Delivery 5.031.0: Omitted Medicine or Dose	ESEMPI: Omissione / ritardo nella somministrazione di un trattamento farmacologico necessario
			Mancata / ritardata somministrazione della terapia farmacologica	-	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.04: Delivery 5.031.0: Omitted Medicine or Dose	
			Errata somministrazione della terapia farmacologica	Errata identificazione paziente	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.04: Delivery 5.03.01: Wrong Patient	
				Somministrazione di farmaco errato	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.04: Delivery 5.03.02: Wrong Drug	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Errato dosaggio	Sovradosaggio	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.04: Delivery 5.03.06: Wrong quantity	
					Sottodosaggio	X			X		
				Errata via di somministrazione	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.04: Delivery 5.03.05: Wrong route	
				Errata durata del trattamento o tempi non corretti	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.04: Delivery 5.03.03: Wrong Dose / Strength of frequency	
				Mancata osservazione di controindicazioni nella somministrazione del farmaco	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.04: Delivery 5.03.08: Contraindication	
				Somministrazione di farmaco scaduto	-	X			X	5.02.04: Delivery 5.0311: Expired Medicine	
				Errata auto-somministrazione del farmaco		X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.04: Delivery	
		Utilizzo di farmaco approvato, che risulta pericoloso	-	-	-	X			X	5: Medication / IV Fluids 5.02.04: Delivery 5.0312: Advers Drug Reaction	ESEMPI: Reazione avversa da farmaci: evento avverso da farmaco, non prevenibile
		Utilizzo di farmaco in fase di sperimentazione	-	-	-	X			X		Pericolo non ulteriormente analizzato, oggetto di possibile approfondimento. E' incluso l'utilizzo di farmaco off-label.
	Inadeguatezza / Inesattezza della procedura invasiva (chirurgica / terapeutica) e anestesiológica	Inadeguatezza / Inesattezza della procedura invasiva nella fase pre-operatoria (Reparto)	Mancata presa visione della documentazione	-	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.01: Not performed when indicated	
			Mancata / inadeguata verifica congruenza fra documentazione, diagnosi e programma chirurgico	-	-	X			X		
			Mancata prenotazione e programmazione esami intraoperatori coinvolgenti altre UUOO (C)	-	-	X			X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Mancata prenotazione / disponibilità posto in Rianimazione (C)	-	-	X			X		
			Errata identificazione paziente / lato / sede nella fase pre-operatoria	Errata identificazione paziente nella fase pre-operatoria (C)	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.04: Wrong patient	
				Errata identificazione lato nella fase pre-operatoria (C)	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.05: Wrong Process / Service	
				Errata sede nella fase pre-operatoria (C)	-	X			X		
			Mancata, incompleta, inadeguata preparazione fisica del paziente	Mancata, incompleta, inadeguata tricotomia (C)	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Mancata, incompleta, inadeguata igiene personale (C)	-	X			X		
				Mancata, incompleta, inadeguata rimozione protesi mobili / fisse (C)	-	X			X		
				Mancata, errata digiuno (A/C)	-	X			X		
				Mancata, incompleta, inadeguata gestione di monili, smalti e piercing (C)	-	X			X		
			Mancata, incompleta, inadeguata segnalazione limitazioni per postura (A/C)	-	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
			Mancata, incompleta, inadeguata valutazione anestesiológica	Mancata, incompleta, inadeguata anamnesi anestesiológica e generale (A)	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Mancato, incompleto, inadeguato esame obiettivo anestesiológico (A)	-	X			X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Mancata, incompleta, inadeguata sintesi delle indagini preoperatorie rilevanti (A)	-	X			X		
				Mancata, incompleta, inadeguata valutazione terapia farmacologica recente e/o in atto (A)	-	X			X		
				Mancata, incompleta, inadeguata valutazione di rischio anestesiológico (A)	-	X			X		
			Mancata, incompleta, inadeguata valutazione vie aeree (A)	-	-	X			X		
			Mancata, incompleta, inadeguata valutazione rischio emorragico (A/C)	-	-	X			X		
			Mancata, incompleta, inadeguata valutazione reazioni allergiche (A/C)	-	-	X			X		
			Mancata, incompleta, inadeguata valutazione rischio di tromboembolismo	Mancata, incompleta, inadeguata valutazione di rischio tromboembolico e rischio emorragico prescrizione secondo LG/IO (C)	-	X			X		
				Mancata, incompleta, inadeguata prescrizione secondo LG/IO (C)	-	X			X		
			Mancata, incompleta, inadeguata prescrizione profilassi per prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (C)	-	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate 4: Healthcare Associated Infection 4.02.02: Surgical site	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Inadeguata gestione della documentazione anestesiologicala nella fase pre-operatoria	Inadeguata definizione della documentazione anestesiologicala da produrre in fase pre-operatoria	-	X			X	13: Resource / Organizational Management 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability / Adequacy	
				Documentazione anestesiologicala prodotta in fase Pre-operatoria mancante, incompleta o inaccessibile	-	X			X	3: Documentation 3.02.01: Document Missing or Unavailable 3.02.02: Delay in Accessing document	
				Documentazione anestesiologicala prodotta in fase Pre-operatoria relativa a paziente errato	-	X			X	3: Documentation 3.02.03: Document for wrong Patient or Wrong document	
				Informazioni incomplete, illeggibili, ambigue, non chiare nella documentazione anestesiologicala prodotta in fase Pre-operatoria	Inadeguate Informazioni nella documentazione anestesiologicala: anamnesi anestesiologicala e generale (A)	X			X	3: Documentation 3.02.04: Unclear / Ambiguous / illegible / Incomplete Information in document	
					Inadeguate Informazioni nella documentazione anestesiologicala: esame obiettivo anestesiologicalo (A)	X			X		
					Inadeguate Informazioni nella documentazione anestesiologicala: sintesi delle indagini preoperatorie rilevanti (A)	X			X		
					Inadeguate Informazioni nella documentazione anestesiologicala: terapia farmacologica recente e/o in atto (A)	X			X		
					Inadeguata documentazione rischio anestesiologicalo (A)	X			X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
					Inadeguate Informazioni nella documentazione anestesologica: della strategia anestesologica scelta (A)	X			X		
					Inadeguate Informazioni nella documentazione anestesologica: indicazioni al medico curante e al reparto di degenza (A)	X			X		
		Inadeguatezza / Inesattezza della procedura invasiva nella fase operatoria (sala operatoria)	Errata identificazione di paziente / lato / sede nella fase operatoria	Errata identificazione paziente nella fase operatoria (C)	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.04: Wrong patient	
				Errata identificazione lato nella fase operatoria (C)	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.05: Wrong Process / Service	
				Errata sede nella fase operatoria (C)	-	X			X		
			Indisponibilità dei dispositivi medici per l'attuazione della procedura chirurgica o interventistica (C)	-	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.03: Unavailable	
			Ritenzione di materiale estraneo nel sito chirurgico	Ritenzione di garze nel sito chirurgico (inadeguato conteggio) (C)	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Ritenzione di strumenti nel sito chirurgico (inadeguato conteggio) (C)	-	X			X		
				Ritenzione di altro materiale nel sito chirurgico (C)	-	X			X		
			Errata gestione dei campioni chirurgici	-	-	X			X		Vedi Livello 0: Pericoli clinici / Livello 1: Inesattezza - Inadeguatezza della procedura diagnostica
			Errato posizionamento del paziente	Inadeguati presidi e dispositivi di prevenzione (C)	-	X			X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Mancato coinvolgimento professionalità (A/C)	-	X			X		
				Mancato controllo testa e vie aeree (A)	-	X			X		
			Mancata, errata gestione delle vie aeree e della funzione respiratoria	Errata esecuzione dell'intubazione (A)	-	X			X		
				Mancato controllo posizione tubo tracheale (A)	-	X			X		
				Mancanza attrezzature per intubazione difficile (linee guida) (A)	-	X			X		
				Mancata registrazione difficoltà nella scheda anestesiologicala (A)	-	X			X		
			Inadeguato controllo / gestione del rischio emorragico nella fase operatoria	-	-	X			X		
			Inadeguato controllo / gestione del rischio tromboembolico nella fase operatoria	-	-	X			X		
			Mancata, errata prevenzione delle reazioni allergiche e degli eventi avversi della terapia farmacologica nella fase operatoria	-	-	X			X		Vedi Livello 0: Pericoli clinici / Livello 1: Inesattezza - Inadeguatezza della procedura di gestione clinica dei farmaci
			Mancata presenza dello staff nella sua completezza , per la realizzazione della procedura anestesiologicala (A)	-	-	X			X		
			Inadeguata attuazione della procedura anestesiologicala in fase di preparazione	Mancata / inadeguata verifica del corretto funzionamento di dispositivi per apparato respiratorio e anestesia (A)	-	X			X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Mancato / inadeguato monitoraggio parametri vitali / inserimento dei limiti di allarme (A)	-	X			X		
				Mancata / inadeguata preparazione farmaci, soluzioni e presidi (A)	-	X			X		
				Mancato monitoraggio pervietà vie aeree (A)	-	X			X		
			Inadeguata attuazione della procedura anestesiológica nelle fasi di induzione e mantenimento	Anestesia non realizzata o realizzata in ritardo (A)	-	X			X		
				Mancato / inadeguato monitoraggio parametri vitali (A)	-	X			X		
				Mancata / inadeguata sorveglianza connessione e funzionamento del respiratore (A)	-	X			X		
				Mancato controllo della corretta posizione del tubo endotracheale a seguito dell'intubazione (A)	-	X			X		
				Mancata / inadeguata prevenzione da caduta dal letto operatorio (A)	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate 11: Patient Accidents 11.09: Falls 11.09.01.03: Collapse 11.09.01.04: Loss of Balance 11.09.02.06: Therapeutic Equipment	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Inadeguata attuazione della procedura anestesiológica nella fase di risveglio	Inadeguato monitoraggio clinico (respiratorio, cardiocircolatorio, neurologico, neuromuscolare, colorito cute e temperatura corporea) (A)	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Inadeguato monitoraggio strumentale (pulsossimetria, elettrocardiogramma, pressione arteriosa in cruenta o cruenta, impiego di dispositivi attivi e passivi per garantire la normotermia) (A)	-	X			X		
				Dimissione dall'area di risveglio in assenza della verifica dei criteri predefiniti (A)	-	X			X		
			Inadeguata attuazione delle attività chirurgiche o interventistiche	Mancata o ritardata attuazione delle attività chirurgiche o interventistiche (C)	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.01: Not performed when indicated	
				Errata attuazione delle attività chirurgiche o interventistiche / complicazioni non attese (C)	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.02: Incomplete / Inadequate 2.02.05: Wrong Process / Service	
			Errata / mancata prevenzione delle infezioni del sito chirurgico	Mancata somministrazione profilassi	Mancata somministrazione profilassi 30' prima incisione (A/C)	X			X	4: Healthcare Associated Infection 4.02.02: Surgical site	
					Mancata somministrazione profilassi 2ª dose intraoperatoria (A/C)	X			X		
				Mancato controllo temperatura corporea (A/C)	-	X			X		
				Mancato controllo glicemico (A/C)	-	X			X		
				Inadeguata antisepsi chirurgica delle mani (C)	-	X			X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
 Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Inadeguato abbigliamento operatori (A/C)	-	X			X		
				Mancato utilizzo teli chirurgici che mantengono l'efficacia di barriera (C)	-	X			X		
			Inefficace comunicazione in sala operatoria	Mancata comunicazione e condivisione dell'intervento con l'equipe operatoria (A/C)	-	X			X	13: Resource / Organizational Management 13.03: Human resource / Staff Availability / Adequacy 13.04: Organization of teams / People	
				Mancata comunicazione dell'anestesista sulle criticità del paziente (A)	-	X			X		
				Mancata visualizzazione delle immagini radiologiche (C)	-	X			X		
				Mancata comunicazione del chirurgo su problematiche intraoperatorie (C)	-	X			X		
				Mancata comunicazione dell'anestesista sul decorso post operatorio del paziente (Reparto o TIPO) (A)	-	X			X		
				Mancata comunicazione dell'infermiera delle eventuali anomalie cliniche, tecniche o organizzative riscontrate durante l'intervento o in fase post-operatoria (C)	-	X			X		
				Mancata registrazione del momento del passaggio delle consegne (A/C)	-	X			X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Inadeguata gestione del programma operatorio	Inadeguata compilazione del programma operatorio (A/C)	-	X			X	13: Resource / Organizational Management 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability /Adequacy	
				Mancata condivisione del programma (A/C)	-	X			X		
				Mancata registrazione di eventuali cambiamenti del programma (A/C)	-	X			X		
				Mancata comunicazione di eventuali cambiamenti del programma (A/C)	-	X			X		
			Inadeguata gestione del registro operatorio	Registro operatorio mancante o inaccessibile (C/A)	-	X			X	3: Documentation 3.02.01: Document Missing or Unavailable 3.02.02: Delay in Accessing document	
				Informazioni inadeguate (incomplete, illeggibili, ambigue, non chiare) nel registro operatorio (C/A)	-	X			X	3: Documentation 3.02.04: Unclear / Ambiguous / illegible / Incomplete Information in document	
				Informazioni non aggiornate nel registro operatorio (C/A)	-	X			X		
			Inadeguata gestione della documentazione anestesiologicala in fase operatoria	Inadeguata definizione della documentazione anestesiologicala da produrre in fase operatoria (A)		X			X	13: Resource / Organizational Management 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability /Adequacy	
				Documentazione anestesiologicala mancante o inaccessibile (A)	-	X			X	3: Documentation 3.02.01: Document Missing or Unavailable 3.02.02: Delay in Accessing document	
				Documentazione anestesiologicala relativa a paziente errato (A)	-	X			X	3: Documentation 3.02.03: Document for wrong Patient or Wrong document	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
 Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Informazioni inadeguate (incomplete, illeggibili, ambigue, non chiare) nella documentazione anestesiológica	Informazioni inadeguate: nominativo dell'anestesista/i che pratica il trattamento (A)	X			X	3: Documentation 3.02.04: Unclear / Ambiguous / illegible / Incomplete Information in document	
					Informazioni inadeguate: tipo di anestesia (A)	X			X		
					Informazioni inadeguate: presidi e monitoraggi (A)	X			X		
					Informazioni inadeguate: modalità di ventilazione (A)	X			X		
					Informazioni inadeguate: andamento temporale per il rilievo dei parametri vitali, farmaci, infusioni/trasfusioni ed eventi (A)	X			X		
					Informazioni inadeguate: bilancio idrico e/o volemico intraoperatorio (A)	X			X		
					Informazioni inadeguate a: parametri vitali in fase di risveglio (A)	X			X		
					Informazioni inadeguate: valutazione del dolore in fase di risveglio (A)	X			X		
					Informazioni inadeguate: rilevazione dei parametri all'uscita dal blocco operatorio e condizioni cliniche del paziente (A)	X			X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
					Informazioni inadeguate: indicazioni per il reparto relative ai trattamenti diagnostico-terapeutici, alla terapia antalgica e al controllo post-operatorio (A)	X			X		
			Mancata, errata attivazione dei sistemi di valutazione dell'attività in sala operatoria (A/C)	-	-	X			X		
		Inadeguatezza / Inesattezza della procedura invasiva nella fase post-operatoria (Reparto)	Mancata, errata gestione del controllo post-operatorio (A/C)	-	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
			Inadeguata gestione del rischio trombo-embolico nella fase post-operatoria (C)	-	-	X			X		
			Inadeguata gestione delle misure di prevenzione di infezione del sito chirurgico nella fase post-operatoria	Inadeguata durata profilassi (C)	-	X			X	4: Healthcare Associated Infection 4.02.02: Surgical site	
		Inadeguata gestione medicazioni (C)		-	X			X			
		Inadeguata sorveglianza infezioni (C)		-	X			X			
			Mancata / inadeguata redazione della documentazione nella fase post-operatoria	Inadeguata definizione della documentazione da produrre in fase post-operatoria (A/C)	-	X			X	13: Resource / Organizational Management 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability / Adequacy	
				Documentazione prodotta in fase post-operatoria mancante o inaccessibile (A/C)	-	X			X	3: Documentation 3.02.01: Document Missing or Unavailable 3.02.02: Delay in Accessing document	
				Documentazione prodotta in fase post-operatoria relativa a paziente errato (A/C)	-	X			X	3: Documentation 3.02.03: Document for wrong Patient or Wrong document	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Informazioni inadeguate (incomplete, illeggibili, ambigue, non chiare) nella documentazione prodotta in fase post-operatoria (A/C)	-	X			X	3: Documentation 3.02.04: Unclear / Ambiguous / illegible / Incomplete Information in document	
			Mancata, errata prevenzione delle reazioni allergiche e degli eventi avversi della terapia farmacologia nella fase post-operatoria	-	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.02: Incomplete / Inadequate	Vedi Livello 0: Pericoli clinici / Livello 1: Inesattezza - Inadeguatezza della procedura di gestione clinica dei farmaci
	Inadeguatezza inesattezza / della procedura diagnostica	Inadeguata procedura di diagnostica in laboratorio	Errata fase pre-analitica nella procedura di diagnostica di laboratorio	Procedura di richiesta informatica non corretta	Campione con data richiesta errata (antecedente o successiva alla data odierna)	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	Fase preanalitica - dalla richiesta dell'esame diagnostico alla consegna del campione in laboratorio (prevede le seguenti attività: richiesta esame-raccolta campione-preparazione paziente-trattamento/conservazione campione-trasporto campione)
					Informazioni cliniche errate/incomplete	X			X		
					Richiesta non trasferita da DNWEB a DNLab	X			X		
					Richiesta cancellata in presenza di campione	X			X		
					Richiesta accettata in giornata in cui non è prevista l'attività del settore	X			X		
					Accettata richiesta con anagrafica errata	X			X		
					Richiesta esterna con dati anagrafici errati	X			X		
					Richiesta interna con dati anagrafici errati	X			X		
					ID campione diverso dalla richiesta	X			X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
					Errore di inserimento della richiesta off-line	X			X		
					Duplice inserimento di richiesta	X			X		
					Richiesta annullata su indicazione del reparto	X			X		
				Identificazione non corretta del paziente/campione	Scambio anagrafica in inserimento della richiesta	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
					Etichetta identificativa non conforme	X			X		
					Etichetta applicata non correttamente	X			X		
					Campione non etichettato	X			X		
					Scambio di paziente	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.04: Wrong patient	
				Mancata, errata preparazione paziente secondo procedure specifiche (mancato rispetto digiuno/dieta)	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Procedura di raccolta non corretta del campione/ interferenze del campione	Campione itterico	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
					Campione lipemico	X			X		
					Campione prelevato in contenitore sbagliato	X			X		
					Provetta/ contenitore vuoto	X			X		
					Campione emodiluito	X			X		
					Campione insufficiente	X			X		
					Campione coagulato	X			X		
					Campione emolizzato	X			X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
					Contenitore imbrattato/sporco	X			X		
					Orario di prelievo/raccolta non corretto	X			X		
					Campione per coagulazione non a livello	X			X		
					Campione contaminato da via infusiva	X			X		
					Arrivo di campione non corrispondente alla richiesta	X			X		
				Trattamento/conservazione non corretto del campione	Campione non centrifugato	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
					Campione conservato a temperatura non idonea	X			X		
					Campione trattato in maniera non conforme	X			X		
				Orario o condizioni di trasporto non corretti del campione	Campione pervenuto in ritardo	X			X		
					Campione non pervenuto	X			X		
					Campione pervenuto al Laboratorio sbagliato	X			X		
			Errata fase Analitica nella procedura di diagnostica di laboratorio	Risultati del controllo di qualità discrepanti (CQI/VEQ non valutato/trattato correttamente)	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	Fase analitica - dal ricevimento del campione in laboratorio alla validazione tecnica (1° livello) del risultato (prevede le seguenti attività: check in campione-esecuzione controlli qualità-esecuzione esame-validazione tecnica (1° livello)-ricostituzione e utilizzo reagenti-interpretazione risultati-manutenzione ordinaria strumenti)
				Non conformità procedurali	Cassetta di trasporto non svuotata in laboratorio	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
 Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)					Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi		
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
					Check in non eseguito	X			X		
					Campione perso dopo il check in	X			X		
					Rottura o rovesciamento campione biologico	X			X		
					Scambio campione in fase analitica	X			X		
					Mancato/ errato rispetto delle procedure analitiche	X			X		
					Esame non eseguito	X			X		
					Errori di ricostituzione reagenti	X			X		
					Errato utilizzo di reagenti o controllo	X			X		
					Utilizzo di reagenti o controlli scaduti	X			X		
					Mancata manutenzione ordinaria strumentale	X			X		
					Errore di interpretazione clinica di test a valutazione soggettiva	X			X		
					Scambio fra pazienti in inserimento risultati	X			X		
					Esame eseguito in ritardo	X			X		
					Risultato inserito in ritardo	X			X		
					Errore di inserimento risultato	X			X		
					Risultato inserito ma non validato	X			X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)					Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi		
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
					Errore di validazione di 1° livello	X			X		Fase postanalitica - dalla validazione clinica (2° livello) del risultato alla consegna del referto (prevede: validazione 2° livello-comunicazione valore critico-consegna referto)
			Errata fase post-analitica nella procedura di diagnostica di laboratorio	Referto ambiguo/errato	Errore di validazione di 2° livello	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
					Referto ambiguo	X			X		
				Mancata, errata comunicazione valore critico a medico/paziente	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.01: Not performed when indicated	
				Errata consegna/trasmissione del referto	Consegna del referto a paziente errato	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.04: Wrong patient	
					Mancata/ritardata consegna/trasmissione del referto	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.01: Not performed when indicated	
		Inadeguata procedura di diagnostica per immagini	Errata/Inadeguata fase pre-indagine nella procedura di diagnostica per immagini	Prescrizione di esame diagnostico errato/incongruo	Errata identificazione paziente	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.04: Wrong patient	Fase pre-indagine - comprende le attività che avvengono dal momento della valutazione/prescrizione medica dell'esame diagnostico all'accesso alla struttura erogante (prevede le seguenti attività: valutazione/prescrizione esame, prenotazione esame, preparazione all'esame, trasporto paziente, accettazione paziente)
					Errata identificazione di lato/sede	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.05: Wrong Process / Service	
					Dati identificativi incompleti	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
					Esame inopportuno/incongruo	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
					Paziente non idoneo all'esame richiesto	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
					Mancata indicazione/ valutazione delle controindicazioni/ allergie all'esame	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
					Richiesta senza quesito clinico	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
					Mancata, errata informazione al paziente	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.01: Not performed when indicated	
					Mancato/errato invio richiesta informatizzata/ cartacea	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
					Mancata, errata preparazione del paziente	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.01: Not performed when indicated	
					Errata/incompleta richiesta esame bioptico	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Prenotazione esame errata/incompleta	Prenotazione paziente errato	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.04: Wrong patient	
					Prenotazione tipo esame errato	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.05: Wrong Process / Service	
					Prenotazione lato/sede errato	X			X		
					Prenotazione incompleta	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
					Errori connessi alla stampa del foglio prenotazione	X			X		
				Inadeguato trasporto del paziente (da ambulatorio/reparto/PS verso radiologia)	Invio del paziente sbagliato	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.04: Wrong patient	
					Invio del paziente con documentazione clinica di altro paziente	X			X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
					Ritardo arrivo paziente	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
					Trasporto con presidi inadeguati	X			X		
				Accettazione errata	Errata identificazione paziente	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.04: Wrong patient	
					Errata identificazione di lato/sede	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.05: Wrong Process / Service	
					Accettazione tipo esame errato	X			X		
					Errato giorno/ora di accettazione	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
					Assegnazione in diagnostica errata	X			X		
			Errata/inadeguata fase di indagine nella procedura di diagnostica per immagini	Valutazione/verifica errata/inadeguata di esame diagnostico/ paziente da parte del personale sanitario	Mancata verifica esame (errato)	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.05: Wrong Process / Service	Fase Indagine - comprende le attività che avvengono dal momento della valutazione dell'esame diagnostico da parte del personale sanitario della struttura erogante all'archiviazione delle immagini (prevede le seguenti attività: valutazione esame diagnostico, esecuzione esame, trasporto paziente a reparto/ambulatorio/PS, archiviazione immagini a PACS)
					Mancata verifica identificazione paziente (errato)	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.04: Wrong patient	
					Mancata verifica lato/sede (errato)	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.05: Wrong Process / Service	
					Mancata, errata verifica preparazione paziente all'esame diagnostico	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
					Mancata, errata verifica idoneità paziente all'esame diagnostico	X			X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
					Mancata, errata verifica controindicazioni / allergie del paziente	X			X		
					Mancata, errata valutazione medica appropriatezza esame diagnostico	X			X		
					Mancata, errata scelta protocollo idoneo di acquisizione immagini	X			X		
					Mancata, errata scelta protocollo idoneo utilizzo farmaci	X			X		
					Mancata, errata scelta protocollo idoneo utilizzo mezzo di contrasto	X			X		
				Esecuzione errata esame diagnostico	Mancata, errata esecuzione protocollo idoneo di acquisizione immagini	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
					Mancata, errata esecuzione protocollo idoneo farmaci	X			X		
					Mancata, errata esecuzione protocollo idoneo mezzo di contrasto	X			X		
					Errato accoppiamento paziente/immagine nella consolle della modalità diagnostica	X			X		
					Errato accoppiamento paziente/campione bioptico	X			X		
					Esecuzione esame su paziente errato	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.04: Wrong patient	
					Esecuzione esame su lato/sede errato	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.05: Wrong Process / Service	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
					Errore attribuzione lato su distretto anatomico corretto	X			X		
					Mancata, ritardata chiusura indagine da parte dell'operatore	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Archiviazione immagini a PACS errata/inadeguata	Mancato, incompleto, errato invio immagini al PACS	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
					Mancato, errato rispetto del protocollo operativo di invio delle immagini	X			X		
					Mancata, incompleta, errata compilazione dei moduli di correzione da inviare all'amministratore di sistema	X			X		
				Inadeguato trasporto paziente (da radiologia a ambulatorio/reparto/PS)	Invio del paziente sbagliato	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.04: Wrong patient	
					Invio del paziente con documentazione clinica di altro paziente	X			X		
			Errata/Inadeguata fase post-indagine nella procedura di diagnostica per immagini	Refertazione errata/inadeguata	Mancata verifica congruenza immagine/paziente	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.04: Wrong patient	Fase Post-indagine - comprende le attività che avvengono dal momento della refertazione alla consegna del referto/immagini al paziente/medico richiedente (prevede le seguenti attività: refertazione, consegna/invio delle immagini e dei referti)
					Errato accoppiamento referto/paziente	X			X		
					Errata refertazione di lato/sede	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.05: Wrong Process / Service	
					Errore di refertazione	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
					Mancata, ritardata chiusura del referto	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.01: Not performed when indicated	
					Mancata, ritardata convalida del referto	X			X		
					Mancata, ritardata comunicazione di modifica del referto al medico curante	X			X		
					Mancato / errato accoppiamento immagini / referto in consegna o in archivio	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Errata consegna/ trasmissione del referto	Consegna referto a paziente sbagliato	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.04: Wrong patient	
					Mancata/ritardata consegna/trasmis sione del referto	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.01: Not performed when indicated	
	Inadeguatezza / Inesattezza della procedura trasfusionale	Errata procedura di raccolta sangue	Errata identificazione del donatore	-	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.01: Pre-transfusion Testing 6.03.01: Wrong patient	
			Mancata/inadeguata valutazione di idoneità del donatore	Mancata/inadeguata valutazione di idoneità infettivologica	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.01: Pre-transfusion Testing 6.03.02: Wrong Blood / Blood product	
				Mancata/inadeguata valutazione di idoneità sanitaria	-	X			X		
			Inadeguata disinfezione cutanea	-	-	X			X		
			Errata esecuzione del prelievo	-	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
			Mancata, incompleta, errata etichettatura delle sacche trasfusionali in fase di raccolta	-	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.01: Pre-transfusion Testing 6.03.07: Wrong dispensing Label / Instruction	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Inadeguato ristoro del donatore	-	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate 11: Patient Accidents 11.09: Falls 11.09.01.03: Collapse 11.09.01.04: Loss of Balance	
		Errata procedura di lavorazione sangue	Errata/inadeguata valutazione delle sacche trasfusionali raccolte	Mancata valutazione di sacche trasfusionali contenenti aria	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.03: Preparation / Dispensing 6.03.02: Wrong Blood / Blood product	
				Mancata valutazione di sacche trasfusionali di volume inadeguato	-	X			X		
				Errata/inadeguata valutazione di sacche trasfusionali lipemiche	-	X			X		
			Errata/inadeguata preparazione del sangue / emoderivati	Mancata / ritardata preparazione del sangue / emoderivati	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.03: Preparation / Dispensing 6.031.0: Omitted Medicine or Dose	
				Inadeguato processo di centrifugazione e separazione delle componenti	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.03: Preparation / Dispensing 6.03.04: Wrong Formulation or Preparation	
				Errata/inadeguata validazione biologica	-	X			X		
				Errata determinazione del gruppo sanguigno (del donatore)	-	X			X		
				Mancata, incompleta, errata etichettatura delle sacche trasfusionali in fase di lavorazione	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.08: Presentation / Packing 6.03.07: Wrong dispensing Label / Instruction	
				Mancata suddivisione delle sacche trasfusionali in fase di immagazzinamento	-	X			X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
		Inadeguatezza / inesattezza della prescrizione della trasfusione di sangue / emoderivati	Mancata / ritardata prescrizione della trasfusione di sangue / emoderivati	-	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.02: Prescribing 6.031.0: Omitted Medicine or Dose	
			Errata prescrizione della trasfusione di sangue / emoderivati	Prescrizione della trasfusione a paziente errato	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.02: Prescribing 6.03.01: Wrong patient	
				Errato determinazione della quantità di trasfusione	-	X			X	: Blood / Blood products 6.02.02: Prescribing 6.03.06: Wrong quantity	
				Errata scelta della modalità di trasfusione	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.02: Prescribing 6.03.05: Wrong route	
				Errata scelta della durata / dei tempi della trasfusione	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.02: Prescribing 6.03.03: Wrong Dose / Strength of frequency	
				Mancata valutazione di controindicazione alla trasfusione	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.02: Prescribing 6.03.08: Contraindication	
				Errata/inadeguata compilazione della prescrizione della trasfusione	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.02: Prescribing 6.03.02: Wrong Blood / Blood product	
				Errato/inadeguato prelievo per determinazione gruppo	-	X			X		
		Errata assegnazione delle sacche trasfusionali	Errata identificazione del paziente	-	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.04: Delivery 6.03.01: Wrong patient	
			Errata identificazione dell'ospedale/ reparto	-	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.04: Delivery 6.031.0: Omitted Medicine or Dose	
			Errata determinazione del gruppo sanguigno (del ricevente)	-	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.04: Delivery 6.03.02: Wrong Blood / Blood product	
			Errata assegnazione della tipologia di emoderivati	-	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.04: Delivery 6.03.02: Wrong Blood / Blood product	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
		Errata somministrazione sangue / emoderivati	Mancata esecuzione della trasfusione	-	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.04: Delivery 6.031.0: Omitted Medicine or Dose	
			Errata esecuzione della trasfusione	Errata identificazione del paziente	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.04: Delivery 6.03.01: Wrong patient	
				Errata velocità di trasfusione	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.04: Delivery	
				Errata dose e frequenza di trasfusione	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.04: Delivery 6.03.03: Wrong Dose / Strength of frequency	
				Errata quantità di trasfusione	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.04: Delivery 6.03.06: Wrong quantity	
				Errata modalità di trasfusione	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.04: Delivery 6.03.05: Wrong route	
				Errata temperatura delle sacche trasfuse	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.04: Delivery	
				Mancata osservazione di controindicazioni nella trasfusione	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.04: Delivery 6.03.08: Contraindication	
				Trasfusione di sangue / emoderivati scaduto	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.04: Delivery 6.0311: Expired Blood / Blood product	
				Errato inserimento del deflussore e rottura della sacca trasfusionale	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.04: Delivery	
			Mancata/ inadeguata osservazione post trasfusionale	-	-	X			X	6: Blood / Blood products 6.02.04: Delivery	
			Reazione avversa in seguito a trasfusione di sangue / emoderivati	-	-	X	X		X	6: Blood / Blood products 6.02.04: Delivery 6.0312: Advers effect	
	Inadeguatezza / Inesattezza a del processo diagnostico - terapeutico - assistenziale	Inadeguata accoglienza e presa in carico del paziente	Mancata / errata identificazione e riconoscimento del paziente in fase di accoglienza	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.08: Patient Identification	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Mancata / incompleta / errata accettazione amministrativa del paziente	Mancata / incompleta / ritardata / errata accettazione amministrativa del paziente per ricovero ordinario di elezione (programmato)	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.05: Admission	
				Mancata / incompleta / ritardata / errata accettazione amministrativa del paziente per ricovero di urgenza / emergenza	-	X			X		
				Mancata / incompleta / ritardata / errata accettazione amministrativa del paziente trasferito da altra sede	-	X			X		
			Inadeguata valutazione dell'emergenza (criticità del paziente per ricovero di urgenza / emergenza)	Errata / ritardata codifica triage in Pronto soccorso	-	X			X	1: Clinical Administration 1.0111: Response to Emergency	
				Errata / ritardata codifica dell'emergenza in 118	-	X			X		
		Inadeguato trasferimento interno del paziente	Mancata comunicazione di trasferimento del paziente ad altra Unità operativa / Dipartimento	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.07: Transfer of Care 1.02.01: Not performed when indicated	
			Mancata, inadeguata motivazione del trasferimento del paziente ad altra Unità operativa / Dipartimento	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.07: Transfer of Care 1.02.01: Not performed when indicated 1.02.02: Incomplete / Inadequate	
			Trasferimento interno di paziente errato	-	-					1: Clinical Administration 1.01.07: Transfer of Care 1.02.04: Wrong Patient	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Trasferimento del paziente a altra Unità operativa / Dipartimento non idonea (secondo il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale applicabile)	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.07: Transfer of Care 1.02.05: Wrong Process / Service	
			Modalità di trasferimento ad altra Unità operativa / Dipartimento non idonea (in relazione allo stato clinico del paziente)	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.07: Transfer of Care 1.02.02: Incomplete / Inadequate	
			Inadeguate informazioni (documentate) fornite in fase di trasferimento del paziente ad altra sede	Mancato passaggio di informazioni (documentate) in fase di trasferimento del paziente ad altra sede	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.07: Transfer of Care 1.02.01: Not performed when indicated	Pericolo: non documentazione delle informazioni
				Incomplete, errate informazioni (documentate) fornite in fase di trasferimento del paziente ad altra sede	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.01: Handover 1.01.07: Transfer of Care 1.02.01: Not performed when indicated	Pericolo: errata documentazione delle informazioni
		Inadeguata gestione della dimissione del paziente	Inadeguata programmazione degli interventi finalizzati alla dimissione	Mancata, ritardata programmazione degli interventi finalizzati alla dimissione	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.06: Discharge 1.02.01: Not performed when indicated 1.02.05: Wrong Process / Service	
				Inappropriata programmazione degli interventi finalizzati alla dimissione	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.06: Discharge 1.02.02: Incomplete / Inadequate 1.02.05: Wrong Process / Service	
			Errata identificazione del paziente alla dimissione / trasferimento ad altra sede	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.01: Handover 1.01.06: Discharge 1.02.04: Wrong patient	
			Mancata / errata identificazione del caregiver in caso di dimissione	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.06: Discharge 1.02.05: Wrong Process / Service	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Inadeguata educazione terapeutica / alla salute al paziente e ai familiari	Mancata educazione terapeutica / alla salute al paziente e ai familiari	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.06: Discharge 1.02.01: Not performed when indicated	
				Errata, incompleta educazione terapeutica / alla salute al paziente e ai familiari	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.06: Discharge 1.02.02: Incomplete / Inadequate	
			Inadeguata procedura di dimissione protetta del paziente	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.06: Discharge 1.02.02: Incomplete / Inadequate	
			Inadeguata gestione del trasferimento del paziente ad altra sede	Inadeguata attivazione del trasferimento del paziente ad altra sede	Mancata comunicazione di trasferimento del paziente ad altra sede	X			X	1: Clinical Administration 1.01.01: Handover 1.02.01: Not performed when indicated	
					Mancata, inadeguata motivazione del trasferimento del paziente ad altra sede	X			X	1: Clinical Administration 1.01.01: Handover 1.02.01: Not performed when indicated 1.02.02: Incomplete / Inadequate	
					Ritardo nel trasferimento del paziente ad altra sede	X			X	1: Clinical Administration 1.01.01: Handover 1.02.01: Not performed when indicated	
				Sede non idonea secondo il principio dell'hub and spoke	Trasferimento del paziente a sede non idonea (secondo il principio dell'hub and spoke)	X			X	1: Clinical Administration 1.01.01: Handover 1.02.05: Wrong Process / Service	
					Mancato trasferimento del paziente a sede idonea (secondo il principio dell'hub and spoke)	X			X		
				Modalità di trasferimento ad altra sede non idonee (in relazione allo stato clinico del paziente)	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.01: Handover 1.02.02: Incomplete / Inadequate	Vedi Livello 0: Pericoli ambientali / Livello 1: Inadeguatezza dei servizi logistici
				Inadeguate informazioni (documentate) fornite in fase di trasferimento del paziente ad altra sede	Mancato passaggio di informazioni (documentate) in fase di trasferimento del paziente ad altra sede	X			X	1: Clinical Administration 1.01.07: Transfer of Care 1.02.01: Not performed when indicated 1.02.03: Unavailable	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
					Incomplete, errate informazioni (documentate) fornite in fase di trasferimento del paziente ad altra sede	X			X	1: Clinical Administration 1.01.07: Transfer of Care 1.02.02: Incomplete / Inadequate	
			Inadeguata gestione della documentazione associata alla dimissione / trasferimento del paziente	-	-	X			X	13: Resource / Organizational Management 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability /Adequacy	
		Inadeguata gestione di un evento di decesso	Mancata richiesta di riscontro diagnostico in caso di decesso, dove richiesto	-	-	X			X	-	
			Mancato avvio procedure accertamento morte cerebrale nei casi previsti ex lege con prospettazione possibilità donazione organi e/o tessuti	-	-	X			X	-	
			Mancata prospettazione della possibilità di donazione di cornee e tessuti in ipotesi di arresto cardiaco irreversibile	-	-	X			X	-	Donazione da perfezionarsi secondo procedure interne
		Inadeguato accertamento infermieristico	Inadeguata valutazione del rischio con scale di valutazione specifiche	Inadeguata valutazione del rischio di insorgenza di lesioni da decubito (con scala di Braden o altra adottata dal servizio)	Mancata identificazione del rischio di insorgenza di lesioni da decubito	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.02: Diagnosis / assessment 2.02.01: Not performed when indicated	
					Errata, incompleta valutazione del rischio di insorgenza di lesioni da decubito	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.02: Diagnosis / assessment 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Inadeguata valutazione del rischio di caduta (con scala di Conley o altra adottata dal servizio)	Mancata valutazione del rischio di caduta	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.02: Diagnosis / assessment 2.02.01: Not performed when indicated 11: Patient Accidents 11.09: Falls	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
					Errata, incompleta valutazione del rischio di caduta	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.02: Diagnosis / assessment 2.02.02: Incomplete / Inadequate 11: Patient Accidents 11.09: Falls	
				Inadeguata valutazione del dolore (con scala numerica 0-10 o altra utilizzata dal servizio)	Mancata valutazione del dolore	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.02: Diagnosis / assessment 2.02.01: Not performed when indicated	
					Errata, incompleta valutazione del dolore	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.02: Diagnosis / assessment 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Inadeguata valutazione della vitalità neonatale (con indice di Apgar)	Mancata valutazione della vitalità neonatale	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.02: Diagnosis / assessment 2.02.01: Not performed when indicated	
					Errata, incompleta valutazione della vitalità neonatale	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.02: Diagnosis / assessment 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Inadeguata valutazione del cognitivo- percettivo con scala di Glasgow	Mancata valutazione del cognitivo- percettivo	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.02: Diagnosis / assessment 2.02.01: Not performed when indicated	
					Errata, incompleta valutazione del cognitivo-percettivo	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.02: Diagnosis / assessment 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
			Mancata, incompleta conoscenza dei bisogni assistenziali	-	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 2.02.05: Wrong Process / Service	
		Inadeguata pianificazione delle prestazioni assistenziali	Mancata, ritardata, incompleta definizione degli obiettivi assistenziali	-	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
			Inadeguata definizione delle misure di prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione	Inadeguata definizione delle misure di prevenzione delle lesioni da pressione	Mancata, ritardata definizione delle misure di prevenzione delle lesioni da pressione	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 2.02.01: Not performed when indicated	
					Errata, incompleta definizione delle misure di prevenzione delle lesioni da pressione	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 2.02.02: Incomplete / Inadequate	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Inadeguata definizione delle misure di trattamento delle lesioni da pressione	Mancata, ritardata definizione delle misure di trattamento delle lesioni da pressione	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 2.02.01: Not performed when indicated	
					Mancata, ritardata definizione delle misure di trattamento delle lesioni da pressione	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
			Inadeguata definizione delle misure di prevenzione delle potenziali cadute del paziente	Mancata, ritardata, incompleta definizione delle misure di prevenzione delle potenziali cadute da elementi di confort alberghiero (letto/culla, sedia, servizi igienici)	-	X			X	11: Patient Accidents 11.09: Falls 11.09.01.02: Slip 11.09.01.03: Collapse 11.09.01.04: Loss of Balance 11.09.02.01: Cot 11.09.02.02: Bed 11.09.02.03: Chair 11.09.02.05: Toilet	
				Mancata, ritardata, incompleta definizione delle misure di prevenzione delle potenziali cadute in fase di movimentazione e trasporto del paziente	-	X	X		X	11: Patient Accidents 11.09: Falls 11.09.01.02: Slip 11.09.01.03: Collapse 11.09.01.04: Loss of Balance 11.09.02.04: Stretcher 11.09.02.08: Being Carried / Supported by Another Individual	
				Mancata, ritardata, incompleta definizione delle misure di prevenzione delle potenziali cadute da apparecchiature mediche	-	X			X	11: Patient Accidents 11.09: Falls 11.09.01.03: Collapse 11.09.01.04: Loss of Balance 11.09.02.06: Therapeutic Equipment	
			Inadeguata definizione delle misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali	Inadeguata prevenzione delle infezioni del sangue	-	X			X	4: Healthcare Associated Infection 4.02.01: Bloodstream	
				Inadeguata prevenzione delle infezioni dei tessuti molli	-	X			X	4: Healthcare Associated Infection 4.02.07: Soft Tissue	
				Inadeguata prevenzione delle infezioni delle vie respiratorie	-	X			X	4: Healthcare Associated Infection 4.02.03: Pnumonia	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Inadeguata prevenzione delle infezioni da cannula endotracheale	-	X			X	4: Healthcare Associated Infection 4.02.04: Intravasculara canulae	
				Inadeguata prevenzione delle infezioni da protesi infette	-	X			X	4: Healthcare Associated Infection 4.02.05: Infected Prosthesis / site	
				Inadeguata prevenzione delle infezioni da Drenaggio urinario	-	X			X	4: Healthcare Associated Infection 4.02.06: Urinary Drain / Tube	
			Inadeguata definizione delle misure per il soddisfacimento dei bisogni assistenziali	Mancata, ritardata, definizione delle misure per il soddisfacimento dei bisogni assistenziali	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 2.02.05: Wrong Process / Service	
				Errata, incompleta definizione delle misure per il soddisfacimento dei bisogni assistenziali	-	X			X		
			Indisponibilità delle dotazioni necessarie alle prestazioni assistenziali	Indisponibilità delle dotazioni di dispositivi medici	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 2.02.03: Unavailable	
				Indisponibilità delle dotazioni di farmaci	-	X			X		
		Inadeguata attuazione delle prestazioni assistenziali	Errata identificazione del paziente sottoposto a prestazioni assistenziali	Prestazioni assistenziali su paziente errato	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 2.02.04: Wrong patient	
			Inadeguata applicazione delle misure di prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione	Inadeguata prevenzione di lesioni da pressione	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Inadeguato trattamento di lesioni da pressione	-	X			X		
			Inadeguata applicazione delle misure di prevenzione delle potenziali cadute del paziente	-	-	X			X	11: Patient Accidents 11.09: Falls	vedi "Inadeguata pianificazione delle prestazioni assistenziali" per tipo di caduta

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Inadeguata applicazione delle misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali	-	-	X			X	4: Healthcare Associated Infection	vedi "Inadeguata pianificazione delle prestazioni assistenziali" per tipo di infezione
			Inadeguata applicazione di precauzioni standard e di isolamento per paziente infettivo	Mancata / inadeguata applicazione di precauzioni standard e di isolamento per paziente infettivo	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.06: Detention / Restraint 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate 2.02.05: Wrong Process / Service 4: Healthcare Associated Infection	
				Indisponibilità delle dotazioni necessarie per l'applicazione di precauzioni standard e di isolamento per paziente infettivo	-	X			X	4: Healthcare Associated Infection	
			Inadeguata applicazione delle misure di contenzione	Mancata / inadeguata applicazione delle misure di contenzione	-	X	X		X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.06: Detention / Restraint 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate 2.02.05: Wrong Process / Service	
				Indisponibilità delle dotazioni necessarie per l'applicazione delle misure di contenzione	-	X	X		X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.06: Detention / Restraint 2.02.03: Unavailable	
			Inadeguato soddisfacimento dei bisogni nutrizionali del paziente	Distribuzione degli alimenti a paziente errato	-	X			X	7 Nutrition 7.02.04: Dispensing / Allocation 7.02.05: Delivery 7.03.01: Wrong patient	
				Distribuzione degli alimenti errati (dieta generica, speciale) o con consistenza non adeguata	-	X			X	7 Nutrition 7.01.01: General diet 7.01.02: Special diet 7.02.04: Dispensing / Allocation 7.02.05: Delivery 7.03.02: Wrong diet 7.03.05: Wrong consistency	
				Distribuzione di una quantità errata degli alimenti	-	X			X	7 Nutrition 7.02.04: Dispensing / Allocation 7.02.05: Delivery 7.03.03: Wrong quantity	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Distribuzione degli alimenti con una frequenza errata	-	X			X	7 Nutrition 7.02.04: Dispensing / Allocation 7.02.05: Delivery 7.03.04: Wrong frequencies	
				Errata, inappropriata gestione dei dispositivi per nutrizione enterale		X			X	7 Nutrition 7.02.05: Delivery	Dispositivi per nutrizione enterale: sondino naso gastrico, PEG o altro dispositivo
			Inadeguato soddisfacimento dei bisogni igienico- sanitari del paziente	-	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
			Inadeguata assistenza alla respirazione del paziente	-	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 2.02.02: Incomplete / Inadequate 11: Patient Accidents 11.05: Threat to Breathing	
			Inadeguato soddisfacimento dei bisogni relazionali / emozionali del paziente	-	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
			Mancata, inadeguata sorveglianza / monitoraggio del paziente	-	-	X			X		
			Mancata, inadeguata assistenza ostetrica perinatale	Mancata, inadeguata assistenza ostetrica pre-natale	-	X			X		
				Mancata, inadeguata assistenza ostetrica natale	-	X			X		
				Mancata, inadeguata assistenza ostetrica post-natale	-	X			X		
			Mancata, inadeguata gestione dei dispositivi sanitari applicati al paziente		-	X			X		ESEMPI: sonda rettale , drenaggi, via arteriosa...
			Inadeguata preparazione dell'assistito ad indagini diagnostiche	Mancata preparazione dell'assistito ad indagini diagnostiche	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.01: Not performed when indicated	la Procedura invasiva (chirurgica e terapeutica) e anestesiológica include la preparazione del paziente a nella fase Pre- operatoria (in Reparto)

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Errata, incompleta preparazione dell'assistito ad indagini diagnostiche	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
		Inadeguata valutazione delle prestazioni assistenziali	Errata valutazione del raggiungimento degli obiettivi assistenziali	-	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 1.02.02: Incomplete / Inadequate	
			Inadeguata rimodulazione della pianificazione assistenziale a fronte di un cambiamento del quadro clinico e dei bisogni del paziente	Mancata, ritardata rimodulazione della pianificazione assistenziale	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 2.02.01: Not performed when indicated	
				Inappropriata rimodulazione della pianificazione assistenziale	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 1.02.02: Incomplete / Inadequate	
		Inadeguatezza del processo clinico- diagnostico- terapeutico	Mancata, inadeguata verifica dell'identità del paziente nella fase pre-clinica	-	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.02: Diagnosis / assessment 2.02.04: Wrong patient	
			Inadeguatezza del processo nella Fase diagnostica (orientamento diagnostico differenziale)	Inadeguata anamnesi (fam, fis, pat remota e prossima), stato vaccinale, terapie in atto, eventuali allergie o intolleranze	Mancata, tardiva effettuazione anamnesi	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.02: Diagnosis / assessment 2.02.01: Not performed when indicated	
					Errata, incompleta effettuazione anamnesi	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.02: Diagnosis / assessment 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Inadeguata effettuazione di esame obiettivo generale e/o distrettuale	Mancata, tardiva effettuazione di esame obiettivo generale e/o distrettuale	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.02: Diagnosis / assessment 2.02.01: Not performed when indicated	
					Errata, incompleta effettuazione di esame obiettivo generale e/o distrettuale	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.02: Diagnosis / assessment 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Inadeguata effettuazione di consulenze specialistiche necessarie	Mancata, tardiva attivazione di consulenze specialistiche necessarie	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.01: Not performed when indicated	Attivazione: prescrizione e/o effettuazione

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
					Attivazione di consulenze specialistiche errate	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 22.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Mancata, incompleta, tardiva effettuazione di indagini laboratoristiche, radiologiche o strumentali necessarie	Mancata, tardiva, errata attivazione di indagini laboratoristiche	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.05: Tests / Investigations 2.02.01: Not performed when indicated 2.02.02: Incomplete / Inadequate 2.02.05: Wrong Process / Service	Attivazione: prescrizione e/o effettuazione ESEMPI: Mancata tardiva rilevazione di emorragie, infezioni, ecc (CFR, paragrafo apposito) Attivazione: prescrizione e/o effettuazione
					Mancata, tardiva, errata attivazione di indagini strumentali non invasive	X			X		Attivazione: prescrizione e/o effettuazione ESEMPI: Mancata tardiva rilevazione di aritmie (ECG, holter), sofferenze fetali (CTG), fratture, infrazioni ossee, ecc
					Mancata, tardiva, errata attivazione di indagini radiologiche	X			X		Attivazione: prescrizione e/o effettuazione
					Mancata, tardiva, errata attivazione di indagini strumentali invasive	X			X		Attivazione: prescrizione e/o effettuazione
					Mancata, tardiva, errata diagnosi sulla base delle indagini laboratoristiche, radiologiche o strumentali (errata lettura referto)	X			X		
				Indisponibilità delle dotazioni necessarie alle prestazioni diagnostiche	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.02: Diagnosis / assessment 2.02.03: Unavailable	-
			Inadeguatezza del processo nella fase terapeutica (sintomatica o eziologica) e/o profilattica	Mancato rispetto percorsi diagnostico/terapeutici specifici una volta chiarito l'orientamento diagnostico differenziale iniziale	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.05: Wrong Process / Service	-
				Mancata, ritardata, incompleta prescrizione di profilassi (es. vaccinale, anti-trombolica, ecc.),	Mancata, ritardata prescrizione di profilassi (es. vaccinale, anti-trombolica, ecc.),	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.01: Not performed when indicated	ESEMPI: Complicanze evitabili di diversa natura (toso-infettive -es tetano-, trombotiche, ecc)

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
					Errata, incompleta prescrizione di profilassi (es. vaccinale, anti-trombotica, ecc.),	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Inadeguata prescrizione di terapia farmacologica	Mancata, ritardata prescrizione di terapia farmacologica	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.01: Not performed when indicated	per errata esecuzione della procedura Vedi Livello 0: Pericoli Clinici / Livello 1: Inadeguatezza / inesattezza della procedura di gestione clinica del farmaco
					Errata, incompleta prescrizione di terapia farmacologica	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Inadeguata prescrizione di terapia trasfusionale-infusionale	Mancata, ritardata prescrizione di terapia trasfusionale-infusionale	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.01: Not performed when indicated	per errata esecuzione della procedura Vedi Livello 0: Pericoli Clinici / Livello 1: Inadeguatezza / inesattezza della procedura trasfusionali
					Errata, incompleta prescrizione di terapia trasfusionale-infusionale	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Inadeguata attivazione delle procedure chirurgiche o interventistiche	Mancata, tardiva attivazione delle procedure chirurgiche o interventistiche	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.01: Not performed when indicated	per errata esecuzione della procedura Vedi Livello 0: Pericoli clinici / Livello 1: Inesattezza - inadeguatezza della procedura invasiva (chirurgica / terapeutica) e anestesiológica ESEMPI: Complicanze evitabili di diversa natura (perforative, emorragiche, stenotiche, gangrenose, ecc)
					Attivazione di procedure chirurgiche o interventistiche errate	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.05: Wrong Process / Service	
				Inadeguata attuazione del trattamento terapeutico non invasivo	Mancato, tardivo trattamento terapeutico non invasivo	X				2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.01: Not performed when indicated	
					Trattamento terapeutico non invasivo errato	X				2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.05: Wrong Process / Service	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
					Errata esecuzione di trattamento terapeutico non invasivo	X				2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Indisponibilità delle dotazioni necessarie alle prestazioni terapeutiche	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.03: Procedure / Treatment / Intervention 2.02.03: Unavailable	
				Inadeguata attivazione (a termini di legge o procedura) di trattamento sanitario obbligatorio o contenzione	Mancata, ritardata attivazione (a termini di legge o procedura) di trattamento sanitario obbligatorio o contenzione	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.06: Detention / Restraint 2.02.01: Not performed when indicated	ESEMPLI: Mancata tutela dei diritti del Paziente Danni da auto/etero-lesionismo
					Inappropriata attivazione (a termini di legge o procedura) di trattamento sanitario obbligatorio o contenzione	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.06: Detention / Restraint 2.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Mancata attivazione di amministrazione di sostegno o di ipotesi previste dalla normativa o comunicazione al Tribunale dei minori	-	X			X	2: Clinical Process / Procedure 2.01.04: General care / management 2.02.01: Not performed when indicate	
		Inadeguata gestione clinica di ossigeno / gas / vapori	Inadeguata prescrizione di trattamento con ossigeno / gas / vapori	Mancata, ritardata prescrizione di trattamento con ossigeno / gas / vapori	-	X			X	8: Oxygen / Gas / Vapour 8.02.02: Prescription	
				Errata, incompleta prescrizione di trattamento con ossigeno / gas / vapori	-	X			X		
			Inadeguata somministrazione di ossigeno / gas / vapori	Somministrazione di ossigeno / gas / vapori a paziente errato	-	X			X	8: Oxygen / Gas / Vapour 8.02.04: Delivery 8.03.01: Wrong Patient	
				Somministrazione di gas / vapore errato	-	X			X	8: Oxygen / Gas / Vapour 8.02.04: Delivery 8.03.02: Wrong Gas / Vapour	
				Errato flusso / errata concentrazione di ossigeno / gas / vapori	-	X			X	8: Oxygen / Gas / Vapour 8.02.04: Delivery 8.03.03: Wrong Rate / Flow / Concentration	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Errate modalità di somministrazione di ossigeno / gas / vapori	-	X			X	8: Oxygen / Gas / Vapour 8.02.04: Delivery 8.03.04: Delivery model	
				Mancata osservazione di controindicazioni nella somministrazione di ossigeno / gas / vapori	-	X			X	8: Oxygen / Gas / Vapour 8.02.04: Delivery 8.03.05: Contraindication	
				Somministrazione di gas / vapore contaminato	-	X			X	8: Oxygen / Gas / Vapour 8.02.04: Delivery 8.03.08: Contamination	
				Indisponibilità di ossigeno / gas / vapori all'atto della somministrazione	-	X			X	8: Oxygen / Gas / Vapour 8.02.04: Delivery 8.03.07: Failure to Administer	
			Reazione avversa in seguito alla somministrazione di gas medicale	-	-	X			X	8: Oxygen / Gas / Vapour 8.02.04: Delivery	
		Inadeguata gestione del consenso informato	Mancata, ritardata, incompleta compilazione del consenso informato	-	-	X			X	1: Clinical administration 1.01.09: Consent 1.02.01: Not performed when indicated	
			Consenso informato relativo a paziente errato	-	-	X			X	1: Clinical administration 1.01.09: Consent 1.02.04: Wrong patient	
			Consenso informato compilato in modo errato, incompleto	-	-	X			X	1: Clinical administration 1.01.09: Consent 1.02.02: Incomplete / Inadequate 1.02.05: Wrong Process / Service	
			Consenso informato non reperibile	-	-	X			X	1: Clinical administration 1.01.09: Consent 1.02.03 Unavailable	
			Mancata, incompleta, errata informazione al paziente associata alla compilazione del consenso informato	-	-	X			X	1: Clinical administration 1.01.09: Consent 1.02.01: Not performed when indicated 1.02.02: Incomplete / Inadequate	
		Inadeguata gestione delle attività periodiche di screening e prevenzione	Inadeguata definizione delle attività di screening e prevenzione	-	-	X			X	13: Resource / Organizational Management 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability / Adequacy	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Mancata prenotazione / realizzazione di attività di screening e prevenzione	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.01: Screening / prevention / Routine checkup 1.02.01: Not performed when indicated	
			Indisponibilità delle dotazioni necessarie per attività di screening e prevenzione	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.01: Screening / prevention / Routine checkup 1.02.03: Unavailable	
			Errata identificazione del paziente sottoposto ad attività di screening e prevenzione	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.01: Screening / prevention / Routine checkup 1.01.02: Appointment 1.02.04: Wrong patient	
			Paziente sottoposto ad attività di screening e prevenzione errata	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.01: Screening / prevention / Routine checkup 1.01.02: Appointment 1.02.05: Wrong Process / Service	
			Mancata, incompleta, errata attuazione delle attività di screening e prevenzione	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.01: Screening / prevention / Routine checkup 1.01.02: Appointment 1.02.02: Incomplete / Inadequate	
		Inadeguata gestione delle liste di attesa	Inadeguata definizione dei criteri di compilazione della lista di attesa o criteri non trasparenti	-	-	X			X	13: Resource / Organizational Management 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability / Adequacy	
			Mancata definizione, aggiornamento della lista di attesa	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.03: Waiting list 1.02.01: Not performed when indicated	
			Lista di attesa incompleta o compilata non correttamente (mancata applicazione di criteri di compilazione)	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.03: Waiting list 1.02.02: Incomplete / Inadequate	
			Lista di attesa non reperibile	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.03: Waiting list 1.02.03: Unavailable	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Errata identificazione del paziente nella lista di attesa	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.03: Waiting list 1.02.04: Wrong patient	
			Registrazione del paziente su una lista di attesa errata	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.03: Waiting list 1.02.05: Wrong Process / Service	
		Inadeguata gestione degli appuntamenti / prenotazioni	Inadeguata definizione degli appuntamenti necessari a garantire la continuità assistenziale	-	-	X			X	13: Resource / Organizational Management 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability / Adequacy	
			Mancata registrazione di un appuntamento	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.02: Appointment 1.02.01: Not performed when indicated	
			Registrazione di un appuntamento incompleta o errata	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.02: Appointment 1.02.02: Incomplete / Inadequate	
			Registrazioni degli appuntamenti non reperibili	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.02: Appointment 1.02.03: Unavailable	
			Errata identificazione del paziente nella registrazione di un appuntamento	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.02: Appointment 1.02.04: Wrong patient	
			Registrazione del paziente per un appuntamento errato	-	-	X			X	1: Clinical Administration 1.01.02: Appointment 1.02.05: Wrong Process / Service	
		Inadeguato comportamento personale	Inadeguato comportamento dell'operatore	Comportamento pericoloso dell'operatore per se, per gli altri operatori, per i pazienti, per i visitatori	-	X	X	X	X	1.0: Behavior 1.0.01.03: Risky / Reckless / Dangerous	
				Danneggiamento intenzionale delle dotazioni da parte dell'operatore	-	X	X		X	1.0: Behavior 1.0.02.12: Aggression toward an Inanimate object	
				Uso / abuso di sostanze stupefacenti da parte dell'operatore	-	X	X		X	1.0: Behavior 1.0.01.04: Problem with substance Use / Abuse	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
 Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)					Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi		
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Mancato rispetto della privacy (legge e regolamenti interni) da parte dell'operatore sanitario	-	X			X	1.0: Behavior 1.0.01.02: Inconsiderate / Rude / Hostile / Inappropriate	
			Inadeguato comportamento del paziente	Comportamento pericoloso del paziente per se, per gli altri pazienti, per gli operatori, per i visitatori	-	X	X	X	X	1.0: Behavior 1.0.02.03: Risky / Reckless / Dangerous	
				Autolesionismo / minaccia di morte / suicidio del paziente	-	X			X	1.0: Behavior 1.0.02.08: Intended Self Harm/Suicide 10.02.13: Death Threat	
				Danneggiamento intenzionale delle dotazioni da parte del paziente	-	X			X	1.0: Behavior 1.0.02.12: Aggression toward an Inanimate object	
				Fuga del paziente	-	X			X	1.0: Behavior 1.0.02.07: Wandering / Absconding	
				Uso / abuso di sostanze stupefacenti da parte del paziente	-	X			X	1.0: Behavior 1.0.02.04: Problem with substance Use / Abuse	
			Inadeguato comportamento del visitatore	-	-	X	X	X	X	-	
		Inadeguatezza delle relazioni interpersonali	Inadeguatezza delle relazioni interpersonali paziente-operatore	Comportamento ineducato, non rispettoso dell'operatore nei confronti del paziente	-	X			X	1.0: Behavior 1.0.01.02: Inconsiderate / Rude / Hostile / Inappropriate	
				Minaccia / aggressione verbale / aggressione fisica da parte dell'operatore nei confronti del paziente	-	X			X	1.0: Behavior 1.0.0113: Death Threat 1.0.01.09: Verbal aggression 1.0.011.0: Physical Assault	
				Molestia / aggressione sessuale da parte dell'operatore nei confronti del paziente	-	X			X	1.0: Behavior 1.0.01.05: Harassment 1.0.0111: Sexual Assault	
				Discriminazione di razza / sesso / religione da parte dell'operatore nei confronti del paziente	-	X			X	1.0: Behavior 1.0.01.06: Discrimination / prejudice	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
 Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)					Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi		
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Discriminazione di razza / sesso / religione ... dell'operatore nei confronti del paziente	-	X			X	1.0: Behavior 1.0.02.06: Discrimination / prejudice	
				Comportamento non collaborativo del paziente con l'operatore	-	X			X	1.0: Behavior 1.0.02.01: Non compliant / Uncooperative / Obstructive	
				Comportamento ineducato, non rispettoso del paziente nei confronti dell'operatore	-		X		X	-	
				Minaccia / aggressione fisica / verbale da parte del paziente nei confronti dell'operatore	-		X		X	-	
				Molestia / aggressione sessuale da parte del paziente nei confronti dell'operatore	-		X		X	-	
				Discriminazione di razza / sesso / religione ... del paziente nei confronti dell'operatore	-		X		X	-	
			Inadeguatezza delle relazioni interpersonali operatore-operatore	Comportamento non collaborativo dell'operatore, con i colleghi	-	X			X	1.0: Behavior 1.0.01.01: Non compliant / Uncooperative / Obstructive	
				Minaccia / aggressione verbale / aggressione fisica da parte dell'operatore verso colleghi	-		X		X	-	
				Comportamento pericoloso dell'operatore per gli altri operatori	-		X		X	-	
				Minaccia / aggressione verbale / aggressione fisica da parte dell'operatore verso colleghi	-		X		X	-	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Molestia / aggressione sessuale da parte dell'operatore verso colleghi	-		X		X	-	
				Discriminazione di razza / sesso / religione dell'operatore verso colleghi	-		X		X	-	
			Inadeguatezza delle relazioni interpersonali paziente-paziente	Comportamento ineducato, non rispettoso del paziente nei confronti degli altri pazienti	-	X			X	1.0: Behavior 1.0.02.02: Inconsiderate / Rude / Hostile / Inappropriate	
				Comportamento pericoloso del paziente per gli altri pazienti	-	X			X	1.0: Behavior 1.0.02.03: Risky / Reckless / Dangerous	
				Minaccia / aggressione fisica / verbale da parte del paziente verso altri pazienti	-	X			X	1.0: Behavior 1.0.0213: Death Threat 1.0.02.09: Verbal aggression 1.0.021.0: Physical Assault 10.02.13: Death Threat	
				Molestia / aggressione sessuale da parte del paziente verso altri pazienti	-	X			X	1.0: Behavior 1.0.02.05: Harassment 1.0: Behavior 1.0.0211: Sexual Assault	
				Discriminazione di razza / sesso / religione del paziente verso altri pazienti	-	X			X	1.0: Behavior 1.0.02.06: Discrimination / prejudice	
		Inadeguata gestione dei carichi di lavoro per l'attuazione delle prestazioni clinico-assistenziali	Inadeguata gestione dei carichi di lavoro per l'attuazione delle prestazioni clinico-assistenziali	Mancata pianificazione dei compiti al personale per l'attuazione delle prestazioni clinico-assistenziali	-	X	X		X	1: Clinical administration 1.011.0: Task Allocation 1.02.01: Not performed when indicated	
				Inadeguata pianificazione dei compiti al personale (in relazione alle proprie competenze e capacità) per l'attuazione delle prestazioni clinico-assistenziali	-	X	X		X	1: Clinical administration 1.011.0: Task Allocation 1.02.02: Incomplete / Inadequate 1.02.05: Wrong Process / Service	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Inadeguata pianificazione dei compiti al personale (in relazione ai carichi di lavoro) per l'attuazione delle prestazioni clinico-assistenziali	-	X	X		X	13: Resource / Organizational Management 13.01: Matching of Workload Management	
			Allocazione del personale per l'attuazione della prestazione clinico-assistenziale a paziente errato	-	-	X			X	1: Clinical administration 1.011.0: Task Allocation 1.02.04: Wrong patient	
			Indisponibilità del personale all'attuazione della prestazione clinico-assistenziale	-	-	X			X	1: Clinical administration 1.011.0: Task Allocation 1.02.03: Unavailable	
		Inadeguata gestione della documentazione clinica e correlata	Inadeguata trascrizione documentale di dati non clinici (anagrafici, identificativi, circostanziali, ecc)	Mancata, incompleta, trascrizione documentale di dati non clinici	-	X			X	3: Documentation 3.02.01: Document Missing or Unavailable 3.02.02: Delay in Accessing document	
				Trascrizione documentale di dati non clinici relativi a paziente errato	-	X			X	3: Documentation 3.02.03: Document for wrong Patient or Wrong document	
				Trascrizione di dati non clinici su documento errato	-	X			X	3: Documentation 3.02.03: Document for wrong Patient or Wrong document	
				Errore nella trascrizione documentale di dati non clinici	-	X			X	3: Documentation 3.02.04: Unclear / Ambiguous / illegible / Incomplete Information in document	
			Mancata, incompleta, erronea trascrizione documentale di dati clinici (anamnesi, allergie, esami obiettivi, consulenze specialistiche, prescrizioni ecc)	Mancata, incompleta, trascrizione documentale di dati clinici	-	X			X	3: Documentation 3.02.01: Document Missing or Unavailable 3.02.02: Delay in Accessing document	
				Trascrizione documentale di dati clinici relativi a paziente errato	-	X			X	3: Documentation 3.02.03: Document for wrong Patient or Wrong document	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)					Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi		
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Trascrizione di dati clinici su documento errato	-	X			X	3: Documentation 3.02.03: Document for wrong Patient or Wrong document	
				Errore nella trascrizione documentale di dati clinici	-	X			X	3: Documentation 3.02.04: Unclear / Ambiguous / illegible / Incomplete Information in document	
			Inadeguata trascrizione di documentazione nella disponibilità del paziente (referti indagini strumentali, lettere di dimissione recenti, ecc)	Mancata, incompleta, trascrizione della documentazione nella disponibilità del paziente	-	X			X	3: Documentation 3.02.01: Document Missing or Unavailable 3.02.02: Delay in Accessing document	
				Trascrizione della documentazione relativa a paziente errato	-	X			X	3: Documentation 3.02.03: Document for wrong Patient or Wrong document	
				Trascrizione della documentazione nella disponibilità del paziente su documento errato	-	X			X	3: Documentation 3.02.03: Document for wrong Patient or Wrong document	
				Errore nella trascrizione della documentazione nella disponibilità del paziente	-	X			X	3: Documentation 3.02.04: Unclear / Ambiguous / illegible / Incomplete Information in document	
			Errato trattamento dei dati sensibili del paziente	-	X				X	13: Resource / Organizational Management 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability / Adequacy	
			Inadeguata gestione dei referti specialistici	Inadeguata definizione della modulistica utilizzata per i referti specialistici	-	X			X	13: Resource / Organizational Management 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability / Adequacy	ESEMPI: referti da indagini laboratoristiche e/o strumentali, visite / consulenze specialistiche
				Mancata, ritardata compilazione di referto specialistico	-	X			X	3: Documentation 3.02.01: Document Missing or Unavailable 3.02.02: Delay in Accessing document 1: Clinical administration 1.01.04: Referral / Consultation 1.02.01: Not performed when indicated	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)					Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi		
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Compilazione, raccolta di referto specialistico relativo a paziente errato	-	X			X	3: Documentation 3.02.03: Document for wrong Patient or Wrong document 1: Clinical administration 1.01.04: Referral / Consultation 1.02.04: Wrong patient	
				Mancata, incompleta raccolta di referti specialistici nella cartella clinica	-	X			X	3: Documentation 3.02.03: Document for wrong Patient or Wrong document 1: Clinical administration 1.01.04: Referral / Consultation 1.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Referti specialistici compilati in modo errato, incompleti	-	X			X	3: Documentation 3.02.04: Unclear / Ambiguous / illegible / Incomplete Information in document 1: Clinical administration 1.01.04: Referral / Consultation 1.02.02: Incomplete / Inadequate	
				Mancata tracciabilità e conservazione di referto specialistico (referto non reperibile)	-	X			X	3: Documentation 3.02.01: Document Missing or Unavailable 1: Clinical administration 1.01.04: Referral / Consultation 1.02.03: Unavailable	
			Inadeguata gestione della documentazione definita nell'ambito delle procedure cliniche specifiche	Inadeguata definizione della documentazione da produrre nell'ambito delle procedure cliniche specifiche	-	X			X	13: Resource / Organizational Management 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability / Adequacy	
				Documentazione predefinita nell'ambito delle procedure cliniche mancante, incompleta o inaccessibile	-	X			X	3: Documentation 3.02.01: Document Missing or Unavailable 3.02.02: Delay in Accessing document	Vedi Livello 0: Pericoli clinici /Livello 1: Inesattezza - inadeguatezza della procedura di gestione clinica del farmaco & della procedura invasiva e anestesiológica & della procedura trasfusionale
				Documentazione predefinita nell'ambito delle procedure cliniche relativa a paziente errato	-	X			X	3: Documentation 3.02.03: Document for wrong Patient or Wrong document	
				Consultazione di documentazione errata nell'ambito delle procedure cliniche	-	X			X		

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
				Informazioni incomplete, illeggibili, ambigue, non chiare nella documentazione predefinita nell'ambito delle procedure cliniche	-	X			X	3: Documentation 3.02.04: Unclear / Ambiguous / illegible / Incomplete Information in document	
				Informazioni non aggiornate nella documentazione predefinita nell'ambito delle procedure cliniche	-	X			X		
				Documentazione predefinita nell'ambito delle procedure cliniche corretta in modo improprio	-	X			X		Corretta in modo improprio: es per cancellazioni o uso bianchetto, ecc)
			Inadeguata gestione della cartella clinica (e assimilati ex lege)	Inadeguata definizione delle informazioni e delle modalità di compilazione della cartella clinica	-	X			X	13: Resource / Organizational Management 13.05: Protocols / Policy / Procedure / Guidelines Availability / Adequacy	
				Cartella clinica mancante, incompleta o inaccessibile	-	X			X	3: Documentation 3.02.01: Document Missing or Unavailable 3.02.02: Delay in Accessing document	
				Cartella clinica relativa a paziente errato	-	X			X	3: Documentation 3.02.03: Document for wrong Patient or Wrong document	
				Informazioni incomplete, illeggibili, ambigue, non chiare nella cartella clinica	-	X			X	3: Documentation 3.02.04: Unclear / Ambiguous / illegible / Incomplete Information in document	
				Informazioni non aggiornate nella cartella clinica	-	X			X	-	
				Cartella clinica corretta in modo improprio (es. per cancellazioni o uso bianchetto, ecc)	-	X			X	-	Corretta in modo improprio: es per cancellazioni o uso bianchetto, ecc)

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
Parte 1. Corso "Mappatura dei rischio"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
			Inadeguata esplicitazione o codifica dei campi previsti dalla SDO e/o della lettera di dimissioni o trasferimento completa	Mancata, incompleta, esplicitazione o codifica dei campi previsti dalla SDO e/o della lettera di dimissioni o trasferimento	-	X			X	3: Documentation 3.02.01: Document Missing or Unavailable 3.02.02: Delay in Accessing document	
				SDO e/o della lettera di dimissioni o trasferimento relativo a paziente errato	-	X			X	3: Documentation 3.02.03: Document for wrong Patient or Wrong document	
				Errore nella esplicitazione o codifica dei campi previsti dalla SDO e/o della lettera di dimissioni o trasferimento	-	X			X	3: Documentation 3.02.04: Unclear / Ambiguous / illegible / Incomplete Information in document	
			Inadeguata documentazione destinata nei confronti di pubbliche Autorità o Enti	Mancata, tardiva, incompleta comunicazione scritta all'Autorità giudiziaria in ipotesi di delitto perseguibile d'ufficio					X	-	
									X	-	
									X	-	
				Mancata, tardiva, inappropriata denuncia scritta all'INAIL in ipotesi di infortuni sul lavoro o malattie professionali					X	-	
									X	-	

Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
 Parte 1. Corso "Mappatura dei rischi"

Lista gerarchica dei pericoli (Rev. 2)						Impatto su soggetti vulnerabili				Informazioni aggiuntive su Eventi	
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Paziente	Operatore	Visitatore / Cittadino / Ambiente	Azienda sanitaria	Classificazione ICPS (Incident Type)	Note
					Errore nella Denuncia scritta all'INAIL in ipotesi di infortuni sul lavoro o malattie professionali				X	-	
				Mancata, tardiva, inappropriata denuncia scritta di malattie infettive di cui ad elenchi ministeriali o altre ipotesi previste dalla normative e/o procedure	Mancata, incompleta, tardiva denuncia scritta di malattie infettive				X	-	
					Errore nella denuncia scritta di malattie infettive				X	-	
				Inadeguata comunicazione scritta di flussi informativi normati o denunce obbligatorie anche se anonime (es. IVG, nati malformati ISTAT, ecc)	Mancata, incompleta, tardiva comunicazione scritta di flussi informativi normati o denunce obbligatorie				X	-	
					Errore nella comunicazione scritta di flussi informativi normati o denunce obbligatorie				X	-	
				Inadeguata comunicazione scritta di Informazioni in tema di gestione del rischio clinico , previste da normative e/o a livello aziendale	Mancata, incompleta, tardiva comunicazione scritta di informazioni in tema di gestione del rischio clinico				X	-	ESEMPI: comunicazione di eventi sentinella, reazioni a farmaci, malfunzionamento pericoloso dispositivi medici
					Errore nella comunicazione scritta di informazioni in tema di gestione del rischio clinico				X	-	